

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**440001-2022-58887**

采购项目编号：**0724-2231Z3716263**

项目名称：南方医科大学中西医结合医院采购医疗设备招标项目

采购人：南方医科大学中西医结合医院

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章 投标邀请

国义招标股份有限公司受南方医科大学中西医结合医院的委托，采用公开招标方式组织采购南方医科大学中西医结合医院采购医疗设备招标项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：南方医科大学中西医结合医院采购医疗设备招标项目

采购计划编号：440001-2022-58887

采购项目编号：0724-2231Z3716263

采购方式：公开招标

预算金额：3,632,300.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(立体定向系统):

采购包预算金额：1,795,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	手术急救设备及器具	立体定向系统	1.0000(套)	详见第二章	是

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包2(脑室镜):

采购包预算金额：500,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	医用内窥镜	脑室镜	1.0000(套)	详见第二章	是

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包3(高档呼吸机A):

采购包预算金额：480,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
3-1	手术急救设备及器具	高档呼吸机A	1.0000(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包4(高档呼吸机B):

采购包预算金额：178,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
4-1	手术急救设备及器具	高档呼吸机B	1.0000(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包5(电子支气管镜):

采购包预算金额：149,300.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
5-1	医用内窥镜	电子支气管镜	1.0000(套)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包6(综合手术床):

采购包预算金额：530,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
6-1	手术急救设备及器具	综合手术床	1.0000(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

## 二.投标人的资格要求

### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）；投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2018年至2021年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（立体定向系统）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严

重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）

4) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）

5) 已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）

6) 本项目不接受联合投标体投标。

7) ①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包2（脑室镜）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）

4) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）

5) 已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）

6) 本项目不接受联合投标体投标。

7) ①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包3（高档呼吸机A）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）

4) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）

5) 已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）

6) 本项目不接受联合投标体投标。

7) ①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如

投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械,提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件;所投产品为第二类医疗器械,提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包4(高档呼吸机B):

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

2)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(投标人出具声明函)

4)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函)

5)已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)

6)本项目不接受联合体投标。

7)①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、三类医疗器械,提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械,提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件;所投产品为第二类医疗器械,提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包5(电子支气管镜):

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

2)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(投标人出具声明函)

4)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函)

5)已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)

6)本项目不接受联合体投标。

7)①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、三类医疗器械,提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械,提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件;所投产品为第二类医疗器械,提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包6(综合手术床):

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

2)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(投标人出具声明函)

4)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活

动。(投标人出具声明函)

5)已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)

6)本项目不接受联合投标体投标。

7)①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、三类医疗器械,提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械,提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件;所投产品为第二类医疗器械,提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

### 三.获取招标文件

时间:详见招标公告及其变更公告(如有)

地点:详见招标公告及其变更公告(如有)

获取方式:在线获取。供应商应从广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件(未按上述方式获取招标文件的供应商,其投标资格将被视为无效)。

售价:免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间:详见招标公告及其变更公告(如有)

(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)

地点:详见招标公告及其变更公告(如有)

### 五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限:自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介:中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>); [www.gmgitc.com](http://www.gmgitc.com)

### 六.本项目联系方式:

#### 1.采购人信息

名称:南方医科大学中西医结合医院

地址:广州海珠区石榴岗路13号大院

联系方式:020-61650082

#### 2.采购代理机构信息

名称:国义招标股份有限公司

地址:广东省广州市越秀区东风东路726号18楼

联系方式:020-37860544/020-37861075/020-37860532/020-37860510

#### 3.项目联系方式

项目联系人:赖希捷、曾嘉伟、余力、曹敏

电话:020-37860544/020-37861075/020-37860532/020-37860510

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式:020-88696588

数字证书CA技术服务热线:400-887-6133

采购代理机构:国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

#### 1. 项目标的及采购限价

包号	标的名称	数量	最高限价(人民币)
1	立体定向系统	1套	179.5万元
2	脑室镜	1套	50万元
3	高档呼吸机A	1批	48万元
4	高档呼吸机B	1台	17.8万元
5	电子支气管镜	1套	14.93万元
6	综合手术床	1批	53万元

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目所投包号内全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出最高限价，将导致投标无效。

本项目包1、包2经政府采购管理部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。包3、包4、包5、包6采购本国产品。

2. 交货时间：合同生效后1个月内到货。

3. 交货地点：采购人指定地点。

4.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

采购包1（立体定向系统）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后1个月内到货。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例100%，合同签订后10个工作日内，凭1）乙方提供银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；2）乙方提供的合同货款10%履约保证金；3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；4）厂家出具的保修售后服务承诺书。由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款。
验收要求	1期：设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。
履约保证金	收取比例：10%，说明：合同签订后，乙方提供的合同货款10%履约保证金。
其他	真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1		手术急救设备及器具	立体定向系统	套	1.00	1,795,000.00	1,795,000.00	工业	详见附表一

附表一：立体定向系统 进口产品

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、总体要求
	2	1、数量：1套。
▲	3	▲2、如投标人为代理商，须提供制造商对所投产品的合法授权函。
★	4	★3、提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。
	5	4、合同生效后1个月内到货。
	6	二、具体技术参数要求（注：以下带▲号的重要技术参数应提供证明文件并标注相应资料的所在页码）
	7	1、笛卡尔坐标系统设计，简洁的方框结构，可直接安装弧弓支撑耳环，基环的四条边均标有刻度，以使弧弓左右、前后安装时均可直接设定X、Y值。
▲	8	▲2、所投产品具备FDA和CE认证。（提供证明文件并标注在投标文件中_页）
▲	9	▲3、坐标定位直接准确，坐标值均为正值，避免出现正负值干扰。
▲	10	▲4、立柱应配有绝缘垫以保证MR检查时的安全。
	11	5、颅骨固定螺丝为钛螺丝，可保证3.0T MR检查时的安全。
	12	6、基环可适用于X-ray, CT, 1.5T和3.0T MR设备。
▲	13	▲7、弧弓半径≥189mm，为稳定的半圆形双侧支撑结构。左右两侧均有刻度，X轴坐标尺为双侧依次锁定。
	14	8、设备应为稳定的半圆形双侧支撑结构。双侧均有刻度，X轴坐标尺为双侧依此刻度锁定可避免弧弓发生形变。
	15	9、弧弓可在基环的左右方向安装、也可在前后方向安装。以提供后颅窝、双侧颞部、经蝶窦手术等手术入路，及病人可取仰卧、侧卧、俯卧等体位。
	16	10、弧弓总重量为≤1.2公斤，完全适合儿科立体定向手术。双侧对称手术入路时，不需要拆卸和重新安装操作弧，可方便双侧DBS的植入手术。
▲	17	▲11、半圆形的弧弓上配有可滑动的携带装置，滑板在弧弓上的滑动范围：10°-170°，可配合使用如针、探针、电极等器械。
	18	12、器械携带装置配有独立的可调节的器械引导子和固定子，而引导子可移到接近于颅骨开窗处，可最大限度提高操作精确度。
▲	19	▲13、固定子可在零点位置上，向上或向下移动≤3cm，以调节进针深度适合于多点线性活检和毁损手术。
	20	14、系统机械定位误差≤0.5mm。
	21	15、设备可进行环氧乙烷、高温蒸汽或低温等离子消毒。配备专用消毒盒，用以消毒及运输。
	22	16、配备开放式MR和CT坐标指示器，不受基环可能固定的位置多低，均不受限制。



23 17、配备神经外科手术头架专用固定连接器。

三、配置清单：

序号	配置名称及数量
1	G型坐标框架, 1个
2	前固定杆, 2个
3	后固定杆, 短节段, 2个
4	后固定杆, 长节段, 2个
5	钛固定螺钉, 5对
6	绝缘垫片, 1盒
7	耳塞固定器, 右侧1个
8	耳塞固定器, 左侧1个
9	耳塞, 2个
10	前片锁定螺丝, 4个*10mm
11	双头螺丝刀, 2个
12	消毒盒, 1个
13	备件包, 1套
14	多功能立体定向导向弧滑动载物架, 1个
15	双头螺丝刀, 1个
16	右侧滑片, 1个
17	左侧滑片, 1个
18	消毒盒, 1个
19	可调节的CT适配器, 1个
20	CT床固定器, 1个
21	立体定向框架固定器, 1个
22	侧切活检针, 1套
23	开放式CT坐标指示器, 1个
24	血肿碎吸器套件, 1套
25	开放式MR坐标显示器, 1个
26	MR适配器, 1个

24

	25	四、用户培训
	26	投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。投标人须向采购人提供中文操作手册贰套。
	27	五、售后服务
	28	1、保修期限：整机原厂保修不少于3年，终身维修。
	29	2、零配件在该设备停产後还需保证8年的供应；
	30	3、投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；
	31	4、设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；
	32	5、提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；
	33	6、投标人在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；
	34	7、投标人应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

#### 采购包2（脑室镜）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后1个月内到货。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例100%，合同签订后10个工作日内，凭1）乙方提供银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；2）乙方提供的合同货款10%履约保证金；3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；4）厂家出具的保修售后服务承诺书。由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款。
验收要求	1期：设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。
履约保证金	收取比例：10%，说明：合同签订后，乙方提供的合同货款10%履约保证金。
其他	真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1		医用内窥镜	脑室镜	套	1.00	500,000.00	500,000.00	工业	详见附件一

附表一：脑室镜 进口产品

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、总体要求
	2	1.数量：1套。
▲	3	▲2.如投标人为代理经销商，须提供制造商对所投产品的合法授权函。
★	4	★3.提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证。
	5	4.合同生效后1个月内到货。
	6	5.本项目所投产品（除消毒盒外）应为同一品牌。
	7	二、具体技术参数要求（注：以下带▲号的重要技术参数应提供证明文件并标注相应资料的所在页码）
▲	8	▲1. 柱状晶体镜，≥6度广角，柱状镜与器械通道一体化整合设计，镜体外径≤6.1mm，工作长度≥18cm，内带一个器械工作通道直径≥2.9mm，带两个冲洗吸引通道直径≥1.6mm，冲洗和吸引通道可作为半硬性器械的工作通道，进行双手操作。
	9	2. 0°直视式颅底内镜，广角，直径≤4mm，有效工作长度≥18cm，集成光纤传输。蓝宝石镜面，图像无球面失真，平面图像，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒。
	10	3. 30°斜视式颅底内镜，广角，直径≤4mm，有效工作长度≥18cm，集成光纤传输。蓝宝石镜面，图像无球面失真，平面图像，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒。
▲	11	▲4. 操作鞘，用于配合脑室镜使用，外径≤6.8mm，工作长度≥13.3cm，具备旋转装置，用固定臂固定后镜子可以360°旋转，有效提高术野范围，方便手术操作。
	12	5. 鞘芯，与操作鞘配合使用。
	13	6. 剪刀A，尖头，单侧活动钳口，直径≤2mm，工作长度≥30cm。
	14	7. 活检钳，双侧活动钳口，直径≤2mm，工作长度≥30cm。
▲	15	▲8. 脑室造瘘钳，直径≤2mm，工作长度≥30cm。
	16	9. 抓钳，双侧活动钳口，直径≤2mm，工作长度≥30cm。
	17	10. 双极电凝电极，直径≤1.7mm，工作长度≥30cm。
	18	11. 双极高频电缆，长≥300cm。
▲	19	▲12. 双极钳，宽1mm，45度，外径≤3.4mm，长≥20cm。
	20	13. 活检抓钳，圆形匙，直径≤2.5mm，直型，有效工作长度≥18cm。
	21	14. 剪刀B，直，有小手柄，有效工作长度≥18cm。
▲	22	▲15. 上翘剪刀，45°，外鞘360°可旋转。
	23	16. 吸引管A，成角，外径≤3mm，末端上弯呈球形，有固定盘和剪切洞，有效工作长度≥13cm。

	24	17. 吸引管B, 成角, 外径 $\leq 3\text{mm}$ , 末端下弯呈球型, 有固定盘和剪切洞, LUER, 有效工作长度 $\geq 13\text{cm}$ 。																																																																												
	25	<p>三、配置清单</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>配置名称</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>脑室镜</td><td>1</td><td>条</td></tr> <tr><td>2</td><td>0°颅底内镜</td><td>1</td><td>条</td></tr> <tr><td>3</td><td>30°颅底内镜</td><td>1</td><td>条</td></tr> <tr><td>4</td><td>操作鞘</td><td>1</td><td>套</td></tr> <tr><td>5</td><td>鞘芯</td><td>1</td><td>套</td></tr> <tr><td>6</td><td>剪刀A</td><td>1</td><td>把</td></tr> <tr><td>7</td><td>活检钳</td><td>1</td><td>把</td></tr> <tr><td>8</td><td>脑室造瘘钳</td><td>1</td><td>把</td></tr> <tr><td>9</td><td>抓钳</td><td>1</td><td>把</td></tr> <tr><td>10</td><td>双极电凝电极</td><td>1</td><td>套</td></tr> <tr><td>11</td><td>双极高频电缆</td><td>2</td><td>条</td></tr> <tr><td>12</td><td>双极钳</td><td>1</td><td>把</td></tr> <tr><td>13</td><td>活检抓钳</td><td>1</td><td>把</td></tr> <tr><td>14</td><td>剪刀B</td><td>2</td><td>把</td></tr> <tr><td>15</td><td>上翘剪刀</td><td>1</td><td>把</td></tr> <tr><td>16</td><td>吸引管A</td><td>1</td><td>条</td></tr> <tr><td>17</td><td>吸引管B</td><td>1</td><td>条</td></tr> <tr><td>18</td><td>消毒盒</td><td>2</td><td>个</td></tr> </tbody> </table>	序号	配置名称	数量	单位	1	脑室镜	1	条	2	0°颅底内镜	1	条	3	30°颅底内镜	1	条	4	操作鞘	1	套	5	鞘芯	1	套	6	剪刀A	1	把	7	活检钳	1	把	8	脑室造瘘钳	1	把	9	抓钳	1	把	10	双极电凝电极	1	套	11	双极高频电缆	2	条	12	双极钳	1	把	13	活检抓钳	1	把	14	剪刀B	2	把	15	上翘剪刀	1	把	16	吸引管A	1	条	17	吸引管B	1	条	18	消毒盒	2	个
序号	配置名称	数量	单位																																																																											
1	脑室镜	1	条																																																																											
2	0°颅底内镜	1	条																																																																											
3	30°颅底内镜	1	条																																																																											
4	操作鞘	1	套																																																																											
5	鞘芯	1	套																																																																											
6	剪刀A	1	把																																																																											
7	活检钳	1	把																																																																											
8	脑室造瘘钳	1	把																																																																											
9	抓钳	1	把																																																																											
10	双极电凝电极	1	套																																																																											
11	双极高频电缆	2	条																																																																											
12	双极钳	1	把																																																																											
13	活检抓钳	1	把																																																																											
14	剪刀B	2	把																																																																											
15	上翘剪刀	1	把																																																																											
16	吸引管A	1	条																																																																											
17	吸引管B	1	条																																																																											
18	消毒盒	2	个																																																																											
	26	四、用户培训																																																																												
	27	投标人应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能。投标人须向采购人提供中文操作手册贰套。																																																																												
	28	五、售后服务																																																																												
	29	1.保修期限: 内镜(脑室镜、0°颅底内镜、30°颅底内镜) 免费保修期叁年。其他设备免费保修期壹年, 终身维修。																																																																												
	30	2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应;																																																																												
	31	3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求;																																																																												
	32	4.设备安装和使用期间, 必须提供多次免费培训, 力求操作者掌握使用;																																																																												
	33	5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书;																																																																												
	34	6.投标人在接到设备出现故障通知后, 要求4—6小时内到达现场, 24小时内解决。若不能解决, 采购人有权追究其责任和损失;																																																																												
	35	7.投标人应该提供设备的使用手册及维修手册; 有专业的维修工程师和维修点及零配件库, 并提供安装工程师名单和国内维修电话。																																																																												
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。</p>																																																																												

采购包3（高档呼吸机A）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后1个月内到货。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例100%,合同签订后10个工作日内，凭1)乙方提供银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；2)乙方提供的合同货款10%履约保证金;3)乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；4)厂家出具的保修售后服务承诺书。由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款。
验收要求	1期：设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。
履约保证金	收取比例：10%,说明：合同签订后，乙方提供的合同货款10%履约保证金。
其他	真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		手术急救设备及器具	高档呼吸机A	批	1.00	480,000.00	480,000.00	工业	详见附件一

附表一：高档呼吸机A

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、总体要求
	2	1、数量：4台。
▲	3	▲2、如投标人为代理经销商，须提供制造商对所投产品的合法授权函。
★	4	★3、提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证。
	5	4、合同生效后1个月内到货。
	6	二、具体技术参数要求（注：以下带▲号的重要技术参数应提供证明文件并标注相应资料的所在页码）
	7	（一）基本要求
▲	8	▲1、气动电控治疗呼吸机。
	9	2、所投产品通过CE认证（提供证明文件并标注在投标文件中页），适用于成人及婴幼儿进行通气治疗。
	10	3、主动呼气阀，可在吸气相实现主动性呼吸，在呼气时减轻病人呼吸阻力。
▲	11	▲4、呼出阀可徒手拆卸和安装，可≥134℃高温高压消毒，呼出阀带自动加热装置，保证潮气量精准，呼出端无需积水杯。
	12	5、采用高精度流量传感器，吸入端及呼出端各一个，实现双向监测，保证潮气量精准。
▲	13	▲6、≥10.1英寸彩色触摸屏。

▲	14	▲7、可同屏显示≥3道波形+2个呼吸环图，波形和环图，并可根据需要灵活切换。
	15	8、中英文显示，可大字体显示；视窗式操作界面。
	16	9、具有压力触发和流量触发，触发灵敏度可调节。
▲	17	▲10、操作简单，能实现呼吸机主机与台车分离，方便吊塔放置，节省使用空间，避免交叉感染。
	18	11、内置后备锂电池，使用时间≥90分钟。
	19	12、配有医用湿化器。
	20	(二) 通气模式
▲	21	▲1、具有容量控制通气、压力控制通气、容量控制型同步间歇指令通气、压力控制型同步间歇指令通气、自主呼吸模式、待机模式等通气模式。
▲	22	▲2、流量支持（自由流量）功能，在容量控制通气模式下，方波和减速波都可以实现按需流量。选择方波时，实现病人在吸气相额外主动吸气时，提供适应性补偿所需流量。选择减速波时，吸气初始阶段即可得到较高流量，符合人体呼吸生理。
▲	23	▲3、压力控制通气下，当气道压力超过设置值时可主动释放压力，允许病人在吸气项主动呼气或咳嗽，减少气压的可能。
	24	4、具备叹息功能。
	25	5、具备备份通气功能。
	26	(三) 设置参数
	27	1、潮气量：20-2000ml（容量控制通气模式下）。
▲	28	▲2、呼吸频率：1-100bpm（同步间歇指令通气模式下1-40bpm，其他模式下4-100bpm）。
	29	3、呼气末正压（PEEP）：0-50cmH <sub>2</sub> O。
	30	4、氧浓度：21%-100%，连续可调。
	31	5、呼吸比：4:1-1:9。
	32	6、吸气时间：0.1-10.0s。
	33	7、屏气时间：0-4s。
	34	8、压力触发：-20cmH <sub>2</sub> O-0。
	35	9、流速触发：0.5-20L/min。
	36	10、压力支持：0-70cmH <sub>2</sub> O。
	37	11、压力控制：5-70cmH <sub>2</sub> O。
	38	(四) 监测功能
	39	1、实时波形：容量、流速、压力。
	40	2、呼吸环：压力-容量环，容量-流速环，压力-流速环。
	41	3、压力参数：呼气末正压，峰压，吸气压，平均压。
	42	4、容量参数：呼出潮气量，自主呼出分钟通气量，总呼出分钟通气量，管道漏气量百分比，目标分钟通气量。
	43	5、时间参数：吸气时间，呼气时间，呼吸比，总呼吸频率，自主呼吸频率。
	44	6、肺功能参数：气道阻力，静态顺应性，自动PEEP。
	45	7、趋势图：≥6种监测参数的趋势图可组合，可查看≥24小时的数据趋势。

	46	8、配有氧电池，可设置与监测氧气浓度（实际吸入氧浓度值）。
	47	9、其他功能：波形冻结功能。
	48	（五）报警
	49	1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。
	50	2、报警参数。
	51	3、分钟通气量：高：1-40L；低：0-39L。
	52	4、气道压力：高：1-100cmH2O；低：1-99cmH2O。
	53	5、呼吸频率：高：1-100bpm；低：0-99bpm。
	54	6、窒息报警：10-60S。
	55	7、电池电量低报警：报警后电池供电时间为≥10min。
	56	8、电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间为≥5min。
	57	9、报警静音计时：≤100S。
	58	10、其他：管道脱落、压力限制，流速传感器故障，气体供应不足，交流电故障，呼气口阻塞，操作和设置错误等。
	59	11、报警时间日志：储存并显示报警内容。
	60	（六）其他功能
	61	1、开机快速启动设置，可沿用上个患者的通气参数设置开机启动。
	62	2、同步雾化治疗系统：同步雾化或用户自行终止。
▲	63	▲3、具有气管插管补偿功能，配有PO.1、最大吸气负压，浅快呼吸指数，时间常数等。
	64	三、配置清单
	65	1、呼吸机主机四台
	66	2、湿化器四套
	67	3、台车四套
	68	4、呼吸机管路支臂四个
	69	5、呼吸机重复性回路套装（成人）四套
	70	6、夹板肺四个
	71	四、用户培训
	72	投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。投标人须向采购人提供中文操作手册贰套。
	73	五、售后服务
	74	1、保修期限：整机原厂保修不少于4年，终身维修。
	75	2、零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；
	76	3、投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；
	77	4、设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；
	78	5、提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；
	79	6、投标人在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

	80	7、投标人应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

采购包4（高档呼吸机B）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后1个月内到货。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例100%，合同签订后10个工作日内，凭1）乙方提供银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；2）乙方提供的合同货款10%履约保证金；3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；4）厂家出具的保修售后服务承诺书。由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款。
验收要求	1期：设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。
履约保证金	收取比例：10%，说明：合同签订后，乙方提供的合同货款10%履约保证金。
其他	真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		手术急救设备及器具	高档呼吸机B	台	1.00	178,000.00	178,000.00	工业	详见附表一

附表一：高档呼吸机B

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、总体要求
	2	1.数量：1台。
▲	3	▲2.如投标人为代理经销商，须提供制造商对所投产品的合法授权函。
★	4	★3.提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证。
	5	4.合同生效后1个月内到货。
	6	二、具体技术参数要求（注：以下带▲号的重要技术参数应提供证明文件并标注相应资料的所在页码）
	7	（一）基本要求
	8	1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。



▲	9	▲1.2采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕角度0-30度可调。
	10	1.3 支持同屏显示≥5波形+2个呼吸环图，波形图和环图可以根据需要灵活切换。同时 在主界面波形区域可选择波形刷新速度，波形风格，≥5分钟端趋势图，方便临床观 察分析参数。
▲	11	▲1.4具有可持续使用≥280分钟的内置后备可充电电池（2块电池）。
	12	1.5 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。
	13	1.6 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。
	14	1.7 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）， 以防止交叉感染。
	15	1.8可根据选择患者身高在设置界面输入身高体重及以便调节适合潮气量。
	16	二、呼吸模式及功能
	17	2.1 标配≥5种模式：V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV通气模式。
▲	18	▲2.2支持高级模式：双水平气道正压通气、自适应压力调节容量控制通气、压力释放 通气、压力支持通气-自主/时控通气、容量支持通气等7种通气模式。
	19	2.3 其他功能：增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、插呼气保持、手动呼吸、叹息 功能。
	20	2.4 具有自动智能插管补偿功能，选择不同孔径的气管，呼吸机可以自动调节送气压 力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
▲	21	▲2.5具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高 人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。
	22	2.6 具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体 ，使病人呼吸更加舒适。
▲	23	▲2.7具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学、牵张等参数，实时指导评 估肺部通气功能。
	24	2.8具备驱动压监测，并具有动态肺功能，图形化显示肺部通气状态，实时反映肺顺 应性等指标参数，帮助快速评估患者肺部情况。
	25	2.9具备系统自检及管路测试两项自检，进行图形化指引自检操作，方便操作。可以 对呼吸机管路，传感器，阀体，泄露，管路顺应性，阻力等参数进行检测，保证机器 精度。
	26	2.10具备自主触发次数统计功能（触发提示），可观察患者在过去一分钟和一小时内 患者触发次数，帮助医生评估患者触发做工情况。
	27	2.11具有P-V功能，可自动确认高低拐点，帮助临床确定最佳PEEP值。
	28	三、设置参数
▲	29	▲3.1潮气量：20ml-2200ml。
	30	3.2 呼吸频率：1-100次/min。
	31	3.3 SIMV频率：1-60次/min。
	32	3.4 吸/呼比：4:1-1:10。
	33	3.5 最大峰值流速：≥210L/min。
	34	3.6 吸气压力：5-80 cmH <sub>2</sub> O。

	35	3.7 压力支持：0-80cmH <sub>2</sub> O。
	36	3.8 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH <sub>2</sub> O。
	37	3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min。
▲	38	▲3.10氧疗流量：2~60L/min。
	39	四、监测参数
	40	4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。
	41	4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。
	42	4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。
	43	4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。
	44	4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。
	45	4.6 具有吸入氧浓度的监测。
	46	4.7具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。
	47	4.8 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测
	48	4.9配备脱机辅助工具：口腔闭合压、最大吸气负压参数的监测。
	49	五、其他功能
	50	5.1 呼吸机具备锁屏功能。
	51	5.2 吸气保持，呼气保持，手动通气，波形冻结，呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。
▲	52	▲5.3可存储≥8000事件日志，包括报警日志和操作日志，时间记录功能，可进行报警，设置，功能事件类型进行记录
	53	5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。
	54	5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
	55	5.6 具有护士呼叫接口，RS232数据输出接口，可疑进行数据传输
	56	5.7发生报警时，无需进入二级菜单，可快速在通气界面监测参数对主要报警参数范围值进行设置，方便临床医生操作。
▲	57	▲5.8电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间≥30min。
	58	5.9具有USB数据导出接口，可将导出截屏文件到U盘上（缓存图片≥60张）进行病例分析使用。

		三、配置清单																																				
	59	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>设备名称</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>呼吸机主机</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>氧气软管</td> <td>1</td> <td>根</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>氧气气源插头</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一次性呼吸管路（1套重复性呼吸管路，5套一次性呼吸管路）</td> <td>6</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>湿化器</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>模拟肺</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>呼吸机台车</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>备用电池</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> </tbody> </table>	序号	设备名称	数量	单位	1	呼吸机主机	1	台	2	氧气软管	1	根	3	氧气气源插头	1	个	4	一次性呼吸管路（1套重复性呼吸管路，5套一次性呼吸管路）	6	套	5	湿化器	1	套	6	模拟肺	1	个	7	呼吸机台车	1	台	8	备用电池	2	个
序号	设备名称	数量	单位																																			
1	呼吸机主机	1	台																																			
2	氧气软管	1	根																																			
3	氧气气源插头	1	个																																			
4	一次性呼吸管路（1套重复性呼吸管路，5套一次性呼吸管路）	6	套																																			
5	湿化器	1	套																																			
6	模拟肺	1	个																																			
7	呼吸机台车	1	台																																			
8	备用电池	2	个																																			
	60	四、用户培训																																				
	61	投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。投标人须向采购人提供中文操作手册贰套。																																				
	62	五、售后服务																																				
	63	1.保修期限：整机原厂保修不少于4年，终身维修。																																				
	64	2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；																																				
	65	3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；																																				
	66	4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；																																				
	67	5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；																																				
	68	6.投标人在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；																																				
	69	7.投标人应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。																																				
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>																																				

采购包5（电子支气管镜）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后1个月内到货。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例100%，合同签订后10个工作日内，凭1）乙方提供银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；2）乙方提供的合同货款10%履约保证金；3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；4）厂家出具的保修售后服务承诺书。由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款。
验收要求	1期：设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。
履约保证金	收取比例：10%，说明：合同签订后，乙方提供的合同货款10%履约保证金。
其他	真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	医用内窥镜	电子支气管镜	套	1.00	149,300.00	149,300.00	工业	详见附件一

附表一：电子支气管镜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、总体要求
	2	1.数量：1套。
▲	3	▲2.如投标人为代理经销商，须提供制造商对所投产品的合法授权函。
★	4	★3.提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。
	5	4.合同生效后1个月内到货。
	6	5.本包组核心产品为可视软镜A及可视软镜B。
	7	6.可视软镜A及可视软镜B应为同一品牌。
	8	二、具体技术参数要求（注：以下带▲号的重要技术参数应提供证明文件并标注相应资料的所在页码）
	9	（一）可视软镜A
	10	一）插入管
▲	11	▲1.软管直径（mm）：4.2±10%。
▲	12	▲2.最大插入部外径（mm）：≤Φ4.6。
▲	13	▲3.内通道（mm）：≤2mm。
	14	4.镜管长度（mm）：≥300。
	15	5.弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°。
	16	二）整机参数
▲	17	▲1.分辨率：≥9.921p/mm。

	18	2.液晶屏像素：≥640*480。
	19	3.视场角：90°±15%。
▲	20	▲4.景深（mm）：3-100mm（固定焦距）。
	21	5.电池放电时间：>2小时。
	22	6.充电次数：>300次。
	23	7.显示屏：≥3.0"TFT。
	24	8.功耗：<4VA。
	25	9.光照度：≥700LUX。
▲	26	▲10.显示器左右转动角度：0~180°。
▲	27	▲11.显示器上下转动角度：0~180°。
	28	12.重量：≥500g。
▲	29	▲13.记忆功能：≥32G，可拍照录像，视频输出功能。
	30	14.可存储照片数量：>30万张。
	31	15.可存储录像时长：≥16小时。
	32	三) 充电器
	33	1.充电器输入：100-240V AC,50-60Hz。
	34	2.充电器输出：5V DC,1A。
	35	3.充电时间：<4小时。
	36	四) 工作环境
	37	1.温度：-5°C~+40°C。
	38	2.湿度：10%~90%。
	39	3.大气压力：860hpa~1060hpa。
	40	五) 运输、储存环境
	41	1.温度：-40°C~55°C。
	42	2.湿度：≤93%。
	43	3.大气压力：500hpa~1060hpa。

		六) 配置清单																																																												
	44	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>配置名称</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>显示部件</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>软管部件</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>充电器</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>数据线</td> <td>1</td> <td>根</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>测漏仪</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>测漏堵头</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ETO通气帽</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>保护帽</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>插管固定套</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>软镜消毒流程</td> <td>1</td> <td>张</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>软镜操作流程</td> <td>1</td> <td>张</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>合格证</td> <td>1</td> <td>张</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>说明书</td> <td>1</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>保修卡</td> <td>1</td> <td>张</td> </tr> </tbody> </table>	序号	配置名称	数量	单位	1	显示部件	1	个	2	软管部件	1	个	3	充电器	1	个	4	数据线	1	根	5	测漏仪	1	个	6	测漏堵头	1	个	7	ETO通气帽	1	个	8	保护帽	1	个	9	插管固定套	1	个	10	软镜消毒流程	1	张	11	软镜操作流程	1	张	12	合格证	1	张	13	说明书	1	本	14	保修卡	1	张
序号	配置名称	数量	单位																																																											
1	显示部件	1	个																																																											
2	软管部件	1	个																																																											
3	充电器	1	个																																																											
4	数据线	1	根																																																											
5	测漏仪	1	个																																																											
6	测漏堵头	1	个																																																											
7	ETO通气帽	1	个																																																											
8	保护帽	1	个																																																											
9	插管固定套	1	个																																																											
10	软镜消毒流程	1	张																																																											
11	软镜操作流程	1	张																																																											
12	合格证	1	张																																																											
13	说明书	1	本																																																											
14	保修卡	1	张																																																											
	45	(二) 可视软镜B																																																												
	46	一) 插入管																																																												
▲	47	▲1.软管直径 (mm) : 2.8±10%。																																																												
▲	48	▲2.最大插入部外径 (mm) : ≤Φ3。																																																												
	49	3.内通道 (mm) : 无。																																																												
	50	4.镜管长度 (mm) : 600±25。																																																												
	51	5.弯曲角度: 向上≥130°, 向下≥130°。																																																												
	52	二) 整机参数																																																												

▲	53	▲1.分辨率: $\geq 9.921\text{p/mm}$ 。
	54	2.液晶屏像素: $\geq 640*480$ 。
	55	3.视场角: $90^\circ \pm 15\%$ 。
▲	56	▲4.景深 (mm): 3-100mm (固定焦距)。
	57	5.电池放电时间: $> 2$ 小时。
	58	6.充电次数: $> 300$ 次。
	59	7.显示屏: $\geq 3.0"$ TFT。
	60	8.功耗: $< 4\text{VA}$ 。
	61	9.光照度: $\geq 700\text{LUX}$ 。
▲	62	▲10.显示器左右转动角度: $0\sim 180^\circ$ 。
▲	63	▲11.显示器上下转动角度: $0\sim 180^\circ$ 。
	64	12.重量: $\geq 500\text{g}$ 。
▲	65	▲13.记忆功能: $\geq 32\text{G}$ , 可拍照录像, 视频输出功能。
	66	14.可存储照片数量: $> 30$ 万张。
	67	15.可存储录像时长: $\geq 16$ 小时。
	68	三) 充电器
	69	1.充电器输入: 100-240V AC, 50-60Hz。
	70	1.充电器输出: 5V DC, 1A。
	71	2.充电时间: $< 4$ 小时。
	72	四) 工作环境
	73	1.温度: $-5^\circ\text{C}\sim +40^\circ\text{C}$ 。
	74	2.湿度: $10\%\sim 90\%$ 。
	75	3.大气压力: 860hpa $\sim$ 1060hpa。
	76	五) 运输、储存环境
	77	1.温度: $-40^\circ\text{C}\sim 55^\circ\text{C}$ 。
	78	2.湿度: $\leq 93\%$ 。
	79	3.大气压力: 500hpa $\sim$ 1060hpa。

六) 配置清单

80

序号	配置名称	数量	单位
1	显示部件	1	个
2	软管部件	1	个
3	充电器	1	个
4	数据线	1	根
5	测漏仪	1	个
6	测漏堵头	1	个
7	ETO通气帽	1	个
8	保护帽	1	个
9	插管固定套	1	个
10	软镜消毒流程	1	张
11	软镜操作流程	1	张
12	合格证	1	张
13	说明书	1	本
14	保修卡	1	张



		三、其他配置																								
	81	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>配置名称</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>便携显示终端</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>镜子：直径4.2mm</td> <td>1</td> <td>条</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>镜子：直径2.8mm</td> <td>1</td> <td>条</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>内镜台车（可悬挂镜子）</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>消毒运输车（上下两层有盖子）</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> </tbody> </table>	序号	配置名称	数量	单位	1	便携显示终端	1	台	2	镜子：直径4.2mm	1	条	3	镜子：直径2.8mm	1	条	4	内镜台车（可悬挂镜子）	1	台	5	消毒运输车（上下两层有盖子）	1	台
序号	配置名称	数量	单位																							
1	便携显示终端	1	台																							
2	镜子：直径4.2mm	1	条																							
3	镜子：直径2.8mm	1	条																							
4	内镜台车（可悬挂镜子）	1	台																							
5	消毒运输车（上下两层有盖子）	1	台																							
	82	四、用户培训																								
	83	投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。投标人须向采购人提供中文操作手册贰套。																								
	84	五、售后服务																								
	85	1.保修期限：整机原厂保修不少于2年，终身维修。																								
	86	2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；																								
	87	3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；																								
	88	4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；																								
	89	5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；																								
	90	6.投标人在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；																								
	91	7.投标人应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。																								
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。																								

采购包6（综合手术床）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后1个月内到货。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例100%,合同签订后10个工作日内，凭1)乙方提供银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；2)乙方提供的合同货款10%履约保证金;3)乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；4)厂家出具的保修售后服务承诺书。由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款。
验收要求	1期：设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。
履约保证金	收取比例：10%,说明：合同签订后，乙方提供的合同货款10%履约保证金。
其他	真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		手术急救设备及器具	综合手术床	批	1.00	530,000.00	530,000.00	工业	详见附表一

附表一：综合手术床

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、总体要求
	2	1.数量：3台。
▲	3	▲2.如投标人为代理经销商，须提供制造商对所投产品的合法授权函。
★	4	★3.提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证。
	5	4.合同生效后1个月内到货。
	6	二、具体技术参数要求（注：以下带▲号的重要技术参数应提供证明文件并标注相应资料的所在页码）
▲	7	▲1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等。
	8	2.手术床配备高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作；充电电池无需保养和维护,可长时间使用；同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。
▲	9	▲3.具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（非底座式）两套功能一致、且相互独立的控制系统，确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。
	10	4.手术床承重≥250kg。（提供医疗器械检验报告并标注在投标文件中_页）
	11	5.手术床台面框架（含侧轨）和立柱护罩采用优质不锈钢件制成，基座外壳采用玻璃钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，坚固耐用。
	12	6.手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

▲	13	▲7.为有效预防病人压疮现象，手术床应选用质地柔软的记忆海绵整体床垫，厚度≥75mm，床垫表面采用无缝烫接技术，具有良好的防水防静电及透气效果。床垫具有透气不透水性能。
▲	14	▲8.记忆海绵整体床垫应为≥两层记忆海绵，≥15mm厚的加硬支撑层，慢回弹记忆海绵层厚度≥60mm，在手术中可以有效的根据病患的身体塑形，分散患者身体上的压力。
▲	15	▲8.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。
▲	16	▲9.头板可拆卸，头板和腿板可前后互换。
▲	17	▲10.腿板采用气弹簧组件，腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。（提供原厂彩页说明并标注在投标文件中_页）
	18	11.腿板可90°外展后再90°下折，不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。
▲	19	▲12.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。
	20	13.具有一键直接设定屈曲、反屈曲体位功能。
	21	14.具有一键直接设定复位功能。
	22	15.采用油路透析技术保证液压系统运行稳定，保证手术床经久耐用。（提供证明文件并标注在投标文件中_页）
	23	16.技术详细规格：
	24	（1）手术床长度（包含床头及床尾板）：≥2060mm。
	25	（2）手术床宽度：≥520 mm。
	26	（3）床面最低高度：≤600 mm。（提供原厂彩页证明并标注在投标文件中_页）
	27	（4）床面最高高度：≥950 mm。
	28	（5）台面前后倾角度：≥25°。
	29	（6）台面左右倾角度：≥20°。
	30	（7）背板折转角度：上折≥80°/下折≥40°。
	31	（8）腿板折转角度：上折≥20°/下折≥90°，外折角度≥90°。
	32	（9）头板折转角度：上折≥45°/下折≥90°。
	33	三、配置清单：
	34	1.手术床主机 3套
	35	2.记忆海绵床垫 3套
	36	3.头板 3套
	37	4.腿板 3对
	38	5.托手架 3对
	39	6.遥控器 3套
	40	7.麻醉屏架 3套
	41	8.缚身带 3套
	42	9.侧卧位支身架 3对
	43	10.侧卧位手架 3套
	44	11.托腿架 3对
	45	12.体位垫 3套

	46	13.轻便型整体式腿板1张
	47	14.凝胶头圈1个
	48	15.凝胶跟骨垫1对
	49	16.凝胶床垫 1张
	50	17.凝胶肩托1对
	51	四、用户培训
	52	投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。投标人须向采购人提供中文操作手册贰套。
	53	五、售后服务
	54	1.保修期限：整机原厂保修不少于2年，终身维修。
	55	2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；
	56	3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；
	57	4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；
	58	5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；
	59	6.投标人在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；
	60	7.投标人应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。
	61	六、样品要求
	62	1.本项目应提供1套记忆海绵床垫作为投标样品。
	63	2.投标人应将投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，采购人或采购代理机构应当拒收。
	64	3.样品与投标文件一同递交，样品应标识清楚（投标人名称、项目名称及项目编号）。
	65	4.在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为履约验收的参考，待验收合格后采购人退还给中标人，由中标人负责搬运，费用由中标人承担。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应接采购代理机构通知后及时至采购代理机构取回投标样品。3个工作日后投标人不取回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指南方医科大学中西医结合医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。
---------------------------

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共6个采购包
2	开标方式	现场电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 采购包5：总价 采购包6：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	采购包1：保证金人民币：30,084.00元整。采购包2：保证金人民币：9,084.00元整。采购包3：保证金人民币：8,084.00元整。采购包4：保证金人民币：3,084.00元整。采购包5：保证金人民币：2,084.00元整。采购包6：保证金人民币：9,084.00元整。 开户单位：国义招标股份有限公司 开户账号：120905690610703 开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行 支票提交方式：线下提交 汇票、本票提交方式：线下提交 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。

10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。</p> <p>供应商应保证该优先步骤</p> <p>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘） 1 份。</p> <p>供应商保证该后备步骤。</p> <p>二、纸质投标文件：</p> <p>（3）纸质投标文件正本 1 份，纸质投标文件副本 5 份。</p> <p>供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
11	中标候选人推荐家数	<p>采购包1： 2家</p> <p>采购包2： 2家</p> <p>采购包3： 2家</p> <p>采购包4： 2家</p> <p>采购包5： 2家</p> <p>采购包6： 2家</p>
12	中标供应商数量	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p> <p>采购包3： 1家</p> <p>采购包4： 1家</p> <p>采购包5： 1家</p> <p>采购包6： 1家</p>
13	有效供应商家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>采购包2： 3家</p> <p>采购包3： 3家</p> <p>采购包4： 3家</p> <p>采购包5： 3家</p> <p>采购包6： 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：本项目兼投兼中。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：按国家计委[计价格[2002]1980号]文及国家发改委[2011] 534号文货物及服务招标代理服务收费标准差额定率累进法货物类（下浮20%）计算收取。

17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业 采购包5：非专门面向中小企业 采购包6：非专门面向中小企业

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。



## 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，

若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

### 2. 投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

### 6.投标保证金

#### 6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司，到账情况以开标时国义招标股份有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

#### 6.2投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

## 8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、 开标、评标和定标

### 1. 开标

#### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标

截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

## 2. 评审（详见第四章）

### 3. 定标

#### 3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)[www.gmgitc.com](http://www.gmgitc.com)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

#### 3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

#### 3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、[www.gmgitc.com](http://www.gmgitc.com)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市东风东路726号9楼903室

邮编：510080

### 3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电话：020-83188580、83188500、83188511、83188586

邮编：510030

传真：020-83357559

## 八、合同签订和履行

### 1. 合同签订

1.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

## **2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1. 评标方法

采购包1(立体定向系统): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(脑室镜): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包3(高档呼吸机A): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包4(高档呼吸机B): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包5(电子支气管镜): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包6(综合手术床): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由国义招标股份有限公司统一对外发布。

(2) 对国义招标股份有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5 不同投标人的投标文件相互混装;



4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

## 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包1（立体定向系统）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				对小型或微型企业投标的扶持 【监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	<p>三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责】： A.投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）-小微企业产品核实价×C1； B.投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为4%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×(1-C2)（本项目不适用该条款）； C.本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物； D.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）； E.本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	-----------------------	-----------	-----	---

2	节能、环保产品	—	1%	<p>(a) 投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书), 报价给予C3的价格扣除 (C3的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 节能产品核实价×C3。 (b) 投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书), 报价给予C4的价格扣除 (C4的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 环保产品核实价×C4。 (c) 本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	---------	---	----	---

注: (1) 上述评标价仅用于计算价格分, 成交金额以实际投标价为准。 (2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

采购包2 (脑室镜):

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				<p>对小型或微型企业投标的扶持  <b>【监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性</b></p>

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	<p>负责】： A.投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）-小微企业产品核实价×C1； B.投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为4%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×(1-C2)（本项目不适用该条款）； C.本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物； D.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）； E.本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	-----------------------	-----------	-----	--

2	节能、环保产品	——	1%	<p>(a) 投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书), 报价给予C3的价格扣除 (C3的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 节能产品核实价×C3。 (b) 投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书), 报价给予C4的价格扣除 (C4的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 环保产品核实价×C4。 (c) 本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	---------	----	----	---

注: (1) 上述评标价仅用于计算价格分, 成交金额以实际投标价为准。 (2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

采购包3 (高档呼吸机A):

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				<p>对小型或微型企业投标的扶持  <b>【监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性</b></p>

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	<p>负责】： A.投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）—小微企业产品核实价×C1； B.投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为4%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×(1—C2)（本项目不适用该条款）； C.本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物； D.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）； E.本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	-----------------------	-----------	-----	--

2	节能、环保产品	——	1%	<p>(a) 投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书), 报价给予C3的价格扣除 (C3的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 节能产品核实价×C3。 (b) 投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书), 报价给予C4的价格扣除 (C4的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 环保产品核实价×C4。 (c) 本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
<p>注: (1) 上述评标价仅用于计算价格分, 成交金额以实际投标价为准。 (2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p>				

采购包4 (高档呼吸机B):

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				<p>对小型或微型企业投标的扶持  <b>【监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性</b></p>

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	<p>负责】： A.投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）-小微企业产品核实价×C1； B.投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为4%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×(1-C2)（本项目不适用该条款）； C.本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物； D.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）； E.本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	-----------------------	-----------	-----	--



2	节能、环保产品	——	1%	<p>(a) 投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书), 报价给予C3的价格扣除 (C3的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 节能产品核实价×C3。 (b) 投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书), 报价给予C4的价格扣除 (C4的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 环保产品核实价×C4。 (c) 本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	---------	----	----	---

注: (1) 上述评标价仅用于计算价格分, 成交金额以实际投标价为准。 (2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

采购包5 (电子支气管镜):

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				<p>对小型或微型企业投标的扶持  <b>【监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性</b></p>

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	<p>负责】： A.投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）-小微企业产品核实价×C1； B.投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为4%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×(1-C2)（本项目不适用该条款）； C.本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物； D.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）； E.本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	-----------------------	-----------	-----	--

2	节能、环保产品	——	1%	<p>(a) 投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书), 报价给予C3的价格扣除 (C3的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 节能产品核实价×C3。 (b) 投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书), 报价给予C4的价格扣除 (C4的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 环保产品核实价×C4。 (c) 本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	---------	----	----	---

注: (1) 上述评标价仅用于计算价格分, 成交金额以实际投标价为准。 (2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

采购包6 (综合手术床):

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				<p>对小型或微型企业投标的扶持  <b>【监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性</b></p>

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	<p>负责】： A.投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）-小微企业产品核实价×C1； B.投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为4%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×(1-C2)（本项目不适用该条款）； C.本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物； D.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）； E.本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
---	-----------------------	-----------	-----	--

2	节能、环保产品	——	<p>(a) 投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书), 报价给予C3的价格扣除 (C3的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 节能产品核实价×C3。 (b) 投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书), 报价给予C4的价格扣除 (C4的取值范围为1%) 即: 评标价=核实价 (经符合性审查进行必要的更正后的投标价) - 环保产品核实价×C4。 (c) 本条款中两种修正原则不同时使用。</p>
<p>注: (1) 上述评标价仅用于计算价格分, 成交金额以实际投标价为准。 (2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p>			

(1) 所称小型和微型企业应当符合以下条件:

在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业 (属于小微企业) 制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业 (属于小微企业) 承接的服务。

(2) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。

(3) 投标 (响应) 供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况: 包括联合体各方均为小型、微型企业的, 及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动, 且共同投标协议书中约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

## 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（立体定向系统）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税， 则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保， 则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2018年至2021年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件。
8	特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）
9	特定资格要求	为采购项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）
10	特定资格要求	已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
11	特定资格要求	本项目不接受联合体投标。
12	特定资格要求	①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、 三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件； 所投产品为第二类医疗器械， 提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包2（脑室镜）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税， 则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保， 则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2018年至2021年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件。
8	特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）
9	特定资格要求	为采购项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）
10	特定资格要求	已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
11	特定资格要求	本项目不接受联合体投标。
12	特定资格要求	①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、 三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件； 所投产品为第二类医疗器械， 提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包3（高档呼吸机A）：



序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税， 则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保， 则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2018年至2021年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件。
8	特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）
9	特定资格要求	为采购项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）
10	特定资格要求	已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
11	特定资格要求	本项目不接受联合体投标。
12	特定资格要求	①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、 三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件； 所投产品为第二类医疗器械， 提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包4（高档呼吸机B）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税， 则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保， 则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2018年至2021年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件。
8	特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）
9	特定资格要求	为采购项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）
10	特定资格要求	已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
11	特定资格要求	本项目不接受联合体投标。
12	特定资格要求	①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、 三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件； 所投产品为第二类医疗器械， 提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包5（电子支气管镜）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税， 则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保， 则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2018年至2021年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件。
8	特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）
9	特定资格要求	为采购项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）
10	特定资格要求	已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
11	特定资格要求	本项目不接受联合体投标。
12	特定资格要求	①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、 三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件； 所投产品为第二类医疗器械， 提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

采购包6（综合手术床）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税， 则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保， 则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2018年至2021年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件。
8	特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）
9	特定资格要求	为采购项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）
10	特定资格要求	已获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
11	特定资格要求	本项目不接受联合体投标。
12	特定资格要求	①如投标人为所投产品的制造商:所投产品为第二、 三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如投标人为经销商:所投产品为第三类医疗器械， 提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件； 所投产品为第二类医疗器械， 提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件或承诺中标后办理医疗器械经营备案凭证的承诺函。

表二符合性审查表:

采购包1（立体定向系统）:

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。
2	投标报价	1) 投标报价未超过本项目所投包号最高限价；2) 对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价；3) 投标报价是唯一确定的。
3	投标函	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天。
4	法定代表人证明书及授权委托书	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)。
5	签署及盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。
6	“★”号条款响应	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。
7	其他实质性响应	实质性响应招标文件中规定的其它情况。

采购包2（脑室镜）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。
2	投标报价	1) 投标报价未超过本项目所投包号最高限价；2) 对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价；3) 投标报价是唯一确定的。
3	投标函	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天。
4	法定代表人证明书及授权委托书	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)。
5	签署及盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。
6	“★”号条款响应	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。
7	其他实质性响应	实质性响应招标文件中规定的其它情况。

采购包3（高档呼吸机A）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。
2	投标报价	1) 投标报价未超过本项目所投包号最高限价；2) 对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价；3) 投标报价是唯一确定的。
3	投标函	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天。
4	法定代表人证明书及授权委托书	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)。
5	签署及盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。
6	“★”号条款响应	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。
7	其他实质性响应	实质性响应招标文件中规定的其它情况。
8	其他要求	招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。

采购包4（高档呼吸机B）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。
2	投标报价	1) 投标报价未超过本项目所投包号最高限价；2) 对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价；3) 投标报价是唯一确定的。
3	投标函	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天。
4	法定代表人证明书及授权委托书	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)。
5	签署及盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。
6	“★”号条款响应	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求；投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。
7	其他实质性响应	实质性响应招标文件中规定的其它情况。
8	其他要求	招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。

采购包5（电子支气管镜）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。
2	投标报价	1) 投标报价未超过本项目所投包号最高限价；2) 对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价；3) 投标报价是唯一确定的。
3	投标函	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天。
4	法定代表人证明书及授权委托书	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)。
5	签署及盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。
6	“★”号条款响应	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求；投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。
7	其他实质性响应	实质性响应招标文件中规定的其它情况。
8	其他要求	招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。

采购包6（综合手术床）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。
2	投标报价	1) 投标报价未超过本项目所投包号最高限价；2) 对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价；3) 投标报价是唯一确定的。
3	投标函	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天。
4	法定代表人证明书及授权委托书	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)。
5	签署及盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。
6	“★”号条款响应	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求；投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。
7	其他实质性响应	实质性响应招标文件中规定的其它情况。
8	其他要求	招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。

## 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

## 3.详细评审

采购包1立体定向系统

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
技术部分	所投货物对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 (35.0分)	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得35分；每出现一处▲号负偏离，扣5分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书（datasheet）或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	所投货物技术参数及性能、配置与技术参数要求、用户需求书的符合性 (16.0分)	完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得16分；每出现一处不带▲号负偏离，扣1分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书（datasheet）或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	投标人提供售后服务的内容 (3.0分)，（等次分值选择：0.0; 1.0; 2.0; 3.0;）	由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括保修期限、零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺等)进行评议及打分：售后服务方案完善具体详尽清晰，提供免费系统技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案最优，得3分；有提供免费技术培训方案，售后服务方案、维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案综合评价一般，得2分；无提供免费技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修售后服务方案综合评价差，得1分；无提供方案不得分。
	所投产品同品牌同类货物供货情况 (6.0分)	由评委对各投标人的货物制造商的业绩进行评议及打分：每具有单个项目的得1分，满分6分。（投标文件中提供所投货物制造商国内同类项目业绩清单介绍及合同复印件）
	合同条款的响应性 (1.0分)	全部响应：1分，每个负偏离扣0.5分。

商务部分	投标人的信用、体系认证情况 (2.0分)	具有第三方出具的与企业信用、体系认证相关证书的, 每具有一个得1分, 满分2分。提供证书复印件, 无提供不得分。
	投标人的履约能力 (2.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 2.0; )	项目测试、运输、安装调试、验收等方案完善合理, 技术和工艺、生产设备设施, 经营管理水平高的, 综合评比优得2分; 项目测试、运输、安装调试、验收等方案及技术和工艺、生产设备设施, 经营管理水平部分一般的, 得1分, 方案不合理的, 得0分。提供相关有效的证明材料并加盖公章, 无提供不得分。
	投标人供货业绩 (5.0分)	2018至今投标人具有所投设备供货项目业绩【应同时满足以下条件: (1) 以投标人名义与使用单位签订; (2) 合同标的为本项目所投设备】, 每具有单个项目的, 得1分, 满分5分 (提供合同复印件, 以签订合同的时间为准, 未提供则不得分)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包2脑室镜

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
技术部分	所投货物对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 (36.0分)	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数, 得36分; 每出现一处▲号负偏离, 扣6分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书 (datasheet) 或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件, 否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求 (如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。
	所投货物技术参数及性能、配置与技术参数要求、用户需求书的符合性 (13.0分)	完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数, 得13分; 每出现一处不带▲号负偏离, 扣1分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书 (datasheet) 或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件, 否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求 (如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。
	投标人提供售后服务的内容 (5.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; )	由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括保修期限、零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺等)进行评议及打分: 售后服务方案完善具体详尽清晰, 提供免费系统技术培训, 维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案最优, 得5分; 有提供免费技术培训方案, 售后服务方案、维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案综合评价一般, 得3分; 无提供免费技术培训, 维修技术力量配置及零配件供应等保修售后服务方案综合评价差, 得1分; 无提供方案不得分。



	所投产品同品牌同类货物供货情况 (6.0分)	由评委对各投标人的货物制造商的业绩进行评议及打分：每具有单个项目的得2分，满分6分。(投标文件中提供所投货物制造商国内同类项目业绩清单介绍及合同复印件)
商务部分	合同条款的响应性 (1.0分)	全部响应：1分，每个负偏离扣0.5分。
	投标人的信用、体系认证情况 (2.0分)	具有第三方出具的与企业信用、体系认证相关证书的，每具有一个得1分，满分2分。提供证书复印件，无提供不得分。
	投标人的履约能力 (2.0分)，(等次分值选择：0.0; 1.0; 2.0; )	项目测试、运输、安装调试、验收等方案完善合理，技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平高的，综合评比优得2分；项目测试、运输、安装调试、验收等方案及技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平部分一般的，得1分，方案不合理的，得0分。提供相关有效的证明材料并加盖公章，无提供不得分。
	投标人供货业绩 (5.0分)	2018至今投标人具有所投设备供货项目业绩【应同时满足以下条件：(1)以投标人名称名义与使用单位签订；(2)合同标的为本项目所投设备】，每具有单个项目的，得1分，满分5分(提供合同复印件，以签订合同的时间为准，未提供则不得分)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包3高档呼吸机A

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
技术部分	所投货物对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 (44.0分)	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得44分；每出现一处▲号负偏离，扣4分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书 (datasheet) 或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求 (如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版)。
	所投货物技术参数及性能、配置与技术参数要求、用户需求书的符合性 (10.0分)	完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得10分；每出现一处不带▲号负偏离，扣1分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书 (datasheet) 或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求 (如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版)。

	投标人提供售后服务的内容 (3.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 2.0; 3.0; ）	由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括保修期限、零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺等)进行评议及打分：售后服务方案完善具体详尽清晰，提供免费系统技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案最优，得3分；有提供免费技术培训方案，售后服务方案、维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案综合评价一般，得2分；无提供免费技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修售后服务方案综合评价差，得1分；无提供方案不得分。
	所投产品同品牌同类货物供货情况 (3.0分)	由评委对各投标人的货物制造商的业绩进行评议及打分：每具有单个项目的得1分，满分3分。(投标文件中提供所投货物制造商国内同类项目业绩清单介绍及合同复印件)
商务部分	合同条款的响应性 (1.0分)	全部响应： 1分，每个负偏离扣0.5分。
	投标人的信用、体系认证情况 (2.0分)	具有第三方出具的与企业信用、体系认证相关证书的，每具有一个得1分，满分2分。提供证书复印件，无提供不得分。
	投标人的履约能力 (2.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 2.0; ）	项目测试、运输、安装调试、验收等方案完善合理，技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平高的，综合评比优得2分；项目测试、运输、安装调试、验收等方案及技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平部分一般的，得1分，方案不合理的，得0分。提供相关有效的证明材料并加盖公章，无提供不得分。
	投标人供货业绩 (5.0分)	2018至今投标人具有所投设备供货项目业绩【应同时满足以下条件：（1）以投标人名义与使用单位签订；（2）合同标的为本项目所投设备】，每具有单个项目的，得1分，满分5分(提供合同复印件，以签订合同的时间为准，未提供则不得分)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包4高档呼吸机B

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分
所投货物对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 (40.0分)	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得40分；每出现一处▲号负偏离，扣4分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书（datasheet）或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

技术部分	所投货物技术参数及性能、配置与技术参数要求、用户需求书的符合性 (10.0分)	完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得10分；每出现一处不带▲号负偏离，扣1分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书（datasheet）或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	投标人提供售后服务的内容 (4.0分)，（等次分值选择：0.0; 1.0; 2.0; 4.0;）	由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括保修期限、零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺等)进行评议及打分：售后服务方案完善具体详尽清晰，提供免费系统技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案最优，得4分；有提供免费技术培训方案，售后服务方案、维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案综合评价一般，得2分；无提供免费技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修售后服务方案综合评价差，得1分；无提供方案不得分。
	所投产品同品牌同类货物供货情况 (6.0分)	由评委对各投标人的货物制造商的业绩进行评议及打分：每具有单个项目的得2分，满分6分。(投标文件中提供所投货物制造商国内同类项目业绩清单介绍及合同复印件)
商务部分	合同条款的响应性 (1.0分)	全部响应：1分，每个负偏离扣0.5分。
	投标人的信用、体系认证情况 (2.0分)	具有第三方出具的与企业信用、体系认证相关证书的，每具有一个得1分，满分2分。提供证书复印件，无提供不得分。
	投标人的履约能力 (2.0分)，（等次分值选择：0.0; 1.0; 2.0;）	项目测试、运输、安装调试、验收等方案完善合理，技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平高的，综合评比优得2分；项目测试、运输、安装调试、验收等方案及技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平部分一般的，得1分，方案不合理的，得0分。提供相关有效的证明材料并加盖公章，无提供不得分。
	投标人供货业绩 (5.0分)	2018至今投标人具有所投设备供货项目业绩【应同时满足以下条件：（1）以投标人名义与使用单位签订；（2）合同标的为本项目所投设备】，每具有单个项目的，得1分，满分5分(提供合同复印件，以签订合同的时间为准，未提供则不得分)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包5电子支气管镜

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分

技术部分	所投货物对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 (40.0分)	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得40分；每出现一处▲号负偏离，扣2.5分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书（datasheet）或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	所投货物技术参数及性能、配置与技术参数要求、用户需求书的符合性 (10.0分)	完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得10分；每出现一处不带▲号负偏离，扣1分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书（datasheet）或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	投标人提供售后服务的内容 (4.0分)，（等次分值选择：0.0; 1.0; 2.0; 4.0;）	由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括保修期限、零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺等)进行评议及打分：售后服务方案完善具体详尽清晰，提供免费系统技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案最优，得4分；有提供免费技术培训方案，售后服务方案、维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案综合评价一般，得2分；无提供免费技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修售后服务方案综合评价差，得1分；无提供方案不得分。
	所投产品同品牌同类货物供货情况 (6.0分)	由评委对各投标人的货物制造商的业绩进行评议及打分：每具有单个项目的得2分，满分6分。(投标文件中提供所投货物制造商国内同类项目业绩清单介绍及合同复印件)
商务部分	合同条款的响应性 (1.0分)	全部响应：1分，每个负偏离扣0.5分。
	投标人的信用、体系认证情况 (2.0分)	具有第三方出具的与企业信用、体系认证相关证书的，每具有一个得1分，满分2分。提供证书复印件，无提供不得分。
	投标人的履约能力 (2.0分)，（等次分值选择：0.0; 1.0; 2.0;）	项目测试、运输、安装调试、验收等方案完善合理，技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平高的，综合评比优得2分；项目测试、运输、安装调试、验收等方案及技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平部分一般的，得1分，方案不合理的，得0分。提供相关有效的证明材料并加盖公章，无提供不得分。
	投标人供货业绩 (5.0分)	2018至今投标人具有所投设备供货项目业绩【应同时满足以下条件：（1）以投标人名义与使用单位签订；（2）合同标的为本项目所投设备】，每具有单个项目的，得1分，满分5分（提供合同复印件，以签订合同的时间为准，未提供则不得分）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包6综合手术床

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
技术部分	所投货物对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 (36.0分)	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得36分；每出现一处▲号负偏离，扣4分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书（datasheet）或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	所投货物技术参数及性能、配置与技术参数要求、用户需求书的符合性 (8.0分)	完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得8分；每出现一处不带▲号负偏离，扣1分。所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书（datasheet）或使用说明书或质量认可材料或第三方机构的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	样品评审 (9.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 4.0; 6.0; 9.0; ）	根据样品的符合采购需求性、技术工艺水平、性能稳定性、材质及功能设计等进行综合评审： 样品完全或优于采购需求、性能稳定性好，材质优质耐用，功能设计合理，综合评价优得9分；样品基本符合采购需求、性能稳定性较好，材质良好较耐用，功能设计较合理，综合评价良好得6分；样品部分符合采购需求、性能稳定性一般，材质一般，功能设计一般，综合评价一般得4分；样品不符合采购需求、性能稳定性差，材质差，功能设计差，综合评价差得1分；无提供不得分。
	投标人提供售后服务的内容 (4.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 2.0; 4.0; ）	由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括保修期限、零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺等)进行评议及打分：售后服务方案完善具体详尽清晰，提供免费系统技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案最优，得4分；有提供免费技术培训方案，售后服务方案、维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案综合评价一般，得2分；无提供免费技术培训，维修技术力量配置及零配件供应等保修售后服务方案综合评价差，得1分；无提供方案不得分。
	所投产品同品牌同类货物供货情况 (3.0分)	由评委对各投标人的货物制造商的业绩进行评议及打分：每具有单个项目的得1分，满分3分。(投标文件中提供所投货物制造商国内同类项目业绩清单介绍及合同复印件)
商务部分	合同条款的响应性 (1.0分)	全部响应： 1分，每个负偏离扣0.5分。
	投标人的信用、体系认证情况 (2.0分)	具有第三方出具的与企业信用、体系认证相关证书的，每具有一个得1分，满分2分。提供证书复印件，无提供不得分。
	投标人的履约能力 (2.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 2.0; ）	项目测试、运输、安装调试、验收等方案完善合理，技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平高的，综合评比优得2分；项目测试、运输、安装调试、验收等方案及技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平部分一般的，得1分，方案不合理的，得0分。提供相关有效的证明材料并加盖公章，无提供不得分。

	投标人供货业绩 (5.0分)	2018至今投标人具有所投设备供货项目业绩【应同时满足以下条件：（1）以投标人名义与使用单位签订；（2）合同标的为本项目所投设备】，每具有单个项目的，得1分，满分5分（提供合同复印件，以签订合同的时间为准，未提供则不得分）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 4.汇总、排序

##### 采购包1:

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）投标报价（由低到高）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

##### 采购包2:

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）投标报价（由低到高）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

##### 采购包3:

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）投标报价（由低到高）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

##### 采购包4:

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产

品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）投标报价（由低到高）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

#### 采购包5：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）投标报价（由低到高）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

#### 采购包6：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）投标报价（由低到高）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

\_\_\_\_\_(项目)  
合同书  
(货物类)

项目编号:

项目名称:

合同编号:

注: 本合同仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订, 但不得偏离实质性条款。



# 仪器设备采购合同

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及南方医科大学中西医结合医院\_\_\_\_号采购项目，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

## 1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备：

品名	规格/型号	产地/厂家	单位	数量	单价	总价	备注
总计金额： 万仟佰元整（人民币）							
注：技术参数见附件一：用户需求书。详细配置见附件二：配置清单							

## 2.合同总价

总价为：人民币 万仟佰元整（大写），即RMB¥总金额包括了设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期的备品备件以及所有的进口环节税费。本合同执行期间合同总金额不变。

## 3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的报价文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

## 4.技术参数

乙方所提供设备，必须符合国家有关法规、标准和规范，环境保护要求以及该产品的出厂标准，符合甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告和合格证。

## 5.合同设备包装、交货、安装及验收

### 5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防腐和防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

### 5.2 合同设备的交付使用

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后\_\_个工作日,发货前须与甲方确认,以便提前做好各项准备。

5.2.2 乙方应按广州市内甲方指定地点交付设备。

### 5.3 合同设备的安装

乙方应及时与甲方协商安排设备安装调试。

乙方负责设备运输、搬运和拆卸以及所需要的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其他设备、设施采取良好的保护措施。及时清理拆箱和安装产生的物料。

### 5.4设备的验收

5.4.1 合同设备应具备合格证、进口检验证明或其它合法进货渠道证明，否则不予验收。设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范和通常惯例进行。属于强制检定的设备必须提供检定合格证书或由甲方邀请有资质部门检定，费用由乙方负责。国家规定由第三方验收的，由双方协商邀请有资质部门验收，费用由乙方负责。需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。设备安装调试后验收时如发现有不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3 乙方应将设备的用户手册、保修手册、操作流程、维护流程等有关资料各二套（并提供电子版）等无偿提供给甲

方。设备内配置的软件系统不应设置密码或需将密码告知甲方。

**5.4.4**设备调试并交付使用之日起，试用合格后由甲方安排验收，验收合格后按本合同第七条付款。

**6.质量保证及售后服务**（与用户需求书要求相矛盾的，以此合同所列相应条款为准）。

**6.1**乙方保证合同设备是在\_\_?年\_\_?月后生产的全新、未曾使用过的，且进货渠道合法，并符合国家有关标准的设备。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，进口产品需提供合同内设备的报关单和商检证明文件。如设备质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，乙方应在接到甲方通知后**15**天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

**6.2**合同内设备质保保用期为本项目有关部门验收合格之日起\_\_?年。每年至少定期免费检修维护二次。每半年至少一次培训，培训记录包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。

质保保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后**24**小时内派员到现场维修(用户需求书另有规定除外)。如合同设备在**1**个月内同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机或功能模块。

保修期内每年按国家标准或产品维护要求进行定期保养，做好保养记录。**III**类设备每年四次保养，其他类别设备每年至少二次保养。最后一次保养一般安排在保修期结束前一个月进行。

保修期内如合同设备需要维修致使甲方超过**15**天不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。设备开机率达不到**95%**的，每降低**1%**，保修期延长**5**天。

下列情况乙方不负责免费保修：

- (1) 不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；
- (2) 擅自改装设备而引致设备故障损坏；
- (3) 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

**6.3** 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，也可以双方共同委托其他有关部门鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

**6.4**乙方负责对设备使用相关人员的培训和考核

乙方负责对甲方使用人员进行培训，保证操作者熟悉操作仪器的全部功能，考核合格后发给培训证书。

乙方负责对甲方工程技术人员进行培训，主要内容为设备的基本原理和结构、主要部件的构造及修理，定期维护和预防性维修方法，电路重要参数设置和参考值，性能参数检测方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。无偿提供培训资料，包括全套元件级线路图、维修软件和密码等。

培训地点在设备安装现场，复杂设备安排在厂家培训基地或按甲方要求安排。乙方对甲方使用人员进行考核，发给合格证书。

**6.5** 质保期后的服务要求质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方须无条件回答甲方咨询，如实提供配价报价。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。应用软件终生免费升级。

## **7.付款办法**

**7.1** 本合同的每批款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间和金额如下：

**7.1.1**合同签订后**10**个工作日内，凭

乙方提供银行开具的**100%**货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；

2) 乙方提供的合同货款**10%**履约保证金；

3) 乙方开具的货物款总额的**100%**的正式发票；

4) 厂家出具的保修售后服务承诺书。

由甲方在**30**个工作日内向乙方支付设备的全部货款，即：人民币\_\_万元整。（即RMB¥\_\_）

**7.1.2**如开具保函，合同设备全部到工地或指定地点交付并验收合格完成后，凭

1) 甲方收货证明 (或乙方送货单甲方签字);

2) 调试使用意见 (甲方验收报告);

向甲方申请退回100%货款的保函。

7.1.3自设备验收合格之日起算, 设备正常运行??年后, 合同内设备正常使用无发现任何质量问题。经甲乙双方确认后, 甲方15个工作日内向乙方无息退还保证金, 即合同款的10%, 即人民币\_\_\_\_\_万元整 (RMB¥\_\_\_\_\_), 乙方逾期交纳履约保证金的, 甲方按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。

## 8. 索赔

8.1 如有异议, 甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间, 如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货, 并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分, 乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时, 相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后30天内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 9. 违约与处罚

9.1本合同生效后, 如任何一方违约, 守约方为维护权益, 违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用, 包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。

9.2甲方应依合同规定时间内, 向乙方支付货款, 每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.5‰的违约金。

9.3 乙方未能按时交货, 每拖延1天, 须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

9.4 乙方交付的货物不符合合同规定的, 甲方有权拒收, 乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

9.5 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

9.6 乙方未能交付货物, 则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

## 10. 合同终止

如果一方严重违反合同, 并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

## 11. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧, 双方应通过友好协商解决, 若经协商不能达成协议时, 则由甲方所在地仲裁机构仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼 (仲裁或诉讼任选一种)。受理期间, 双方应继续执行合同其余部分。

## 12. 其他

12.1 本合同正本五份, 具有同等法律效力, 甲方持三份, 乙方持二份。合同自甲方签字盖章之日起即时生效。

12.2 本合同未尽事宜, 由双方协商处理。

甲方: 南方医科大学中西医结合医院 乙方:

法人代表: 法人代表:

签约代表: 签约代表:

地址: 广州市石榴岗路13号大院 地址:

电话: 020-61650000 电话:

传真: 020-61650014 传真:

签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

附件一

## 用户需求书(技术参数偏离表)

(一) 采购清单

序号	货物名称	单位	数量	备注
----	------	----	----	----

(二) 具体功能需求 (包括技术参数及配置)

- 1、参数要求:
- 2、配置清单
- 3、用户培训
- 4、售后服务

附件二

## 配置清单

附件三

易损件/专机专用耗材报价表

序号	产品名称	品牌	数量	单位	单价	保修期限
----	------	----	----	----	----	------

使用科室：

已阅读本合同内所有内容，对合同内所涉及设备、服务、保修、耗材等商务及技术条款确认无误，满足我单位临床医疗(科研、教学)使用。

使用科室(用户)签字：

## 医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标支付食宿费用。

六、乙方指定\_\_\_作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

经办人签名：                        经办人签名：

联系地址：广州市石榴岗路13号大院    联系地址：

联系电话：020-61650000                联系电话：

年 月 日                                年 月 日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。



# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440001-2022-58887**

采购项目编号：**0724-2231Z3716263**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件

格式一：

## 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“南方医科大学中西医结合医院采购医疗设备招标项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2231Z3716263]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“南方医科大学中西医结合医院采购医疗设备招标项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“南方医科大学中西医结合医院采购医疗设备招标项目”项目采购[采购项目编号为0724-2231Z3716263]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式七:

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称和专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：南方医科大学中西医结合医院

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，  
\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七:

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明:

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的南方医科大学中西医结合医院采购医疗设备招标项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2231Z3716263），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_



格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“南方医科大学中西医结合医院采购医疗设备招标项目”项目（采购项目编号：**0724-2231Z3716263**）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_  
法定代表人/主要负责人： \_\_\_\_\_  
联系电话： \_\_\_\_\_  
授权代表： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_  
被投诉人1： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_  
联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_  
被投诉人2： \_\_\_\_\_  
.....  
相关供应商： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_  
联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称： \_\_\_\_\_  
采购项目编号： \_\_\_\_\_ 包号： \_\_\_\_\_  
采购人名称： \_\_\_\_\_  
代理机构名称： \_\_\_\_\_  
采购文件公告:是/否 公告期限： \_\_\_\_\_  
采购结果公告:是/否 公告期限： \_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日,向提出质疑, 质疑事项为: \_\_\_\_\_  
采购人/代理机构于 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_  
事实依据: \_\_\_\_\_  
法律依据: \_\_\_\_\_  
投诉事项2: \_\_\_\_\_  
.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章): \_\_\_\_\_ 公章 \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 投诉书制作说明:

- 1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

## 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

#### 一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

#### 三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

#### 四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

#### 五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

