

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**440114-2023-00036**

采购项目编号：**GDYD230043**

项目名称：广州市花都区人民医院眼科一批设备采购项目

采购人：广州市花都区人民医院

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

第一章 投标邀请

广东远东招标代理有限公司受广州市花都区人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购广州市花都区人民医院眼科一批设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州市花都区人民医院眼科一批设备采购项目  
采购计划编号：440114-2023-00036  
采购项目编号：GDYD230043  
采购方式：公开招标  
预算金额：2,710,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(光干涉式眼轴长测量仪等设备):  
采购包预算金额：1,460,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	医用光学仪器	光干涉式眼轴长测量仪	1.00(台)	详见第二章	是
1-2	医用光学仪器	眼表综合分析系统	1.00(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标  
合同履行期限：国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品90个自然日内。  
采购包2(裂隙灯显微镜等设备):  
采购包预算金额：1,250,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	医用光学仪器	裂隙灯显微镜	5.00(台)	详见第二章	否
2-2	手术室设备及附件	白内障超声乳化手术仪	1.00(台)	详见第二章	是
2-3	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	药物超声导入仪	1.00(台)	详见第二章	否
2-4	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	熏蒸治疗仪	1.00(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标  
合同履行期限：国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品90个自然日内。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（光干涉式眼轴长测量仪等设备）：无（本项目属于按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，因此不专门面向中小企业预留采购份额。）

采购包2（裂隙灯显微镜等设备）：无（本项目属于按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，因此不专门面向中小企业预留采购份额。）

## 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（光干涉式眼轴长测量仪等设备）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3) 具有相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案登记表》（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）。

采购包2（裂隙灯显微镜等设备）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3) 具有相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案登记表》（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）。

## 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

#### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

#### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)。

#### 六.本项目联系方式：

##### 1.采购人信息

名称：广州市花都区人民医院

地址：广州市花都区新华街新华路48号

联系方式：020-62935247

##### 2.采购代理机构信息

名称：广东远东招标代理有限公司

地址：广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室

联系方式：020-83642820-832/811

##### 3.项目联系方式

项目联系人：林小姐

电话：020-83642820-832/811

##### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

本次拟采购的设备是为了满足广州市花都区人民医院的业务工作开展需求。

- 1.投标人须对项目内的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
- 2.本项目属于按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，因此不专门面向中小企业预留采购份额。
- 3.除采购人有明确规定外，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。
- 4.凡涉嫌技术、外观专利等产权侵权纠纷的产品不予以采购。
- 5.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。
- 6.本次项目的行业划分：工业
- 7.如因国家相关政策发生变化，应以最新的国家相关政策为准并进行执行，如因国家相关政策发生变化而导致本次项目的合同无法继续执行，采购人不承担任何责任，投标人自行承担由此带来的任何风险及后果。

带“★”号条款为实质性响应条款，不满足将导致投标无效。

采购包1（光干涉式眼轴长测量仪等设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品合同生效后90个自然日内。
标的提供的地点	采购人指定地点

付款方式	<p><b>1期：支付比例30%,1.</b>按中标价格分三期支付：合同签署生效之日起且收到发票及其彩色复印件的<b>10</b>个工作日内支付合同总价的<b>30%</b>。<b>2.</b>发票可以一次性开具或分次开具，其余条款以合同范本为准。<b>3.</b>中标人须为采购人开具合法的发票。中标人承诺，如中标人开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，中标人应立即重新为采购人开具符合要求的发票，并向采购人支付与不符合要求的发票总金额<b>20%</b>的违约金。如采购人因中标人开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，中标人还应全额赔偿采购人因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如中标人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为中标人减轻或免除按照上述约定应向采购人承担责任的理由。同时，中标人需要采取有效措施，避免采购人损失扩大化。</p> <p><b>2期：支付比例30%,1.</b>合同设备安装验收完毕、正常运行达到<b>30</b>个自然日且收到送货清单、发票及其彩色复印件、安装验收报告之日起的<b>10</b>个工作日内支付合同总价的<b>30%</b>。<b>2.</b>发票可以一次性开具或分次开具，其余条款以合同范本为准。<b>3.</b>中标人须为采购人开具合法的发票。中标人承诺，如中标人开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，中标人应立即重新为采购人开具符合要求的发票，并向采购人支付与不符合要求的发票总金额<b>20%</b>的违约金。如采购人因中标人开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，中标人还应全额赔偿采购人因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如中标人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为中标人减轻或免除按照上述约定应向采购人承担责任的理由。同时，中标人需要采取有效措施，避免采购人损失扩大化。</p> <p><b>3期：支付比例40%,1.</b>余款（即<b>40%</b>）在合同设备安装验收合格之日起的<b>60</b>个自然日内，在收到发票及其彩色复印件、售后保养回访报告之日起的<b>10</b>个工作日内支付。<b>2.</b>发票可以一次性开具或分次开具，其余条款以合同范本为准。<b>3.</b>中标人须为采购人开具合法的发票。中标人承诺，如中标人开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，中标人应立即重新为采购人开具符合要求的发票，并向采购人支付与不符合要求的发票总金额<b>20%</b>的违约金。如采购人因中标人开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，中标人还应全额赔偿采购人因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如中标人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为中标人减轻或免除按照上述约定应向采购人承担责任的理由。同时，中标人需要采取有效措施，避免采购人损失扩大化。</p>
验收要求	<b>1期：</b> 以《合同条款》中的“ <b>3.设备运输、安装和验收</b> ”要求为准。
履约保证金	不收取

其他	一、真实性和有效性：同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 二、招标文件附件：投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 三、其余条款以合同范本为准。
----	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	医用光学仪器	光干涉式眼轴长测量仪	台	1.00	960,000.00	960,000.00	工业	详见附表一
2		医用光学仪器	眼表综合分析系统	台	1.00	500,000.00	500,000.00	工业	详见附表二

附表一：光干涉式眼轴长测量仪 进口产品

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术功能要求 1. 光源参数 1.1 眼轴长测量光源：可调谐激光。 1.2 眼轴长测量光源波长：1035nm-1077nm。 1.3 单次测量时间（脉冲持续时间）≤0.5s。 1.4 最大输出功率 <1.67mW，每只眼睛每天最大测量时间≥8h。 1.5 固视灯光源：LED，660nm，输出功率<1μW。 1.6 角膜曲率测量光源：LED，950nm。 1.7 白到白测量光源：LED，880nm。 1.8 巩膜图像绿色照明光源：LED，520nm。 2. 测量生物技术参数 2.1 眼轴长度AL：14-38mm（有特殊眼测量模式，如硅油填充眼、无晶体眼、人工晶体植入眼）。 2.2 角膜曲率半径K1/K2：5-11mm。 2.3 前房深度ACD/iACD：0.7-8mm。
▲	2	2.4 白-白角膜直径WTW：8.3-16mm。

	3	<p>2.5 晶体厚度LT: 1-10mm（晶状体眼）、0.13-2.5mm（人工晶状体眼）。</p> <p>2.6 中央角膜厚度CCT: 0.2-1.2mm。</p> <p>2.7 瞳孔直径P: 1.5-9.8mm。</p> <p>3. 测量精确度</p> <p>3.1 眼轴长度: <math>\leq 0.01\text{mm}</math>。</p> <p>3.2 角膜曲率半径: <math>\leq 0.01\text{mm}</math>。</p> <p>3.3 前房深度: <math>\leq 0.01\text{mm}</math>。</p> <p>3.4 白-白角膜直径: <math>\leq 0.1\text{mm}</math>。</p> <p>3.5 晶体厚度: <math>\leq 0.01\text{mm}</math>。</p> <p>3.6 中央角膜厚度: <math>\leq 1\mu\text{m}</math>。</p> <p>3.7 瞳孔直径: <math>\leq 0.1\text{mm}</math>。</p> <p>4. 重复性 SD</p> <p>4.1 眼轴长度: <math>\leq 9\mu\text{m}</math>。</p> <p>4.2 角膜曲率: <math>\leq 0.07\text{D}</math>; 柱镜度数<math>&gt;0.75\text{D}</math>, 轴向<math>4.5^\circ</math>。</p> <p>4.3 前房深度: <math>\leq 10\mu\text{m}</math>。</p> <p>4.4 白-白角膜直径: <math>\leq 90\mu\text{m}</math>。</p> <p>4.5 晶体厚度: <math>\leq 19\mu\text{m}</math>。</p> <p>4.6 中央角膜厚度: <math>\leq 2\mu\text{m}</math>。</p> <p>5. 测量原理</p> <p>5.1 测量技术: 具有扫频OCT测量技术。</p>
▲	4	5.2 具有可视化测量技术, 可呈现角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像。
▲	5	5.3 具有固视确认功能, 可进行视网膜断层扫描影像。
▲	6	5.4 角膜曲率测量: 具有远心光学技术。
	7	<p>5.5 测量方式: 非接触式。</p> <p>5.6 测量模式: 可自动/手动测量切换。</p> <p>5.7 左右眼识别方式: 自动识别。</p> <p>5.8 可测眼睛包含: 正常眼, 硅油眼, 无晶体眼和人工晶体眼, 角膜屈光手术后眼, 有晶体人工晶体眼。</p> <p>6. 人工晶体计算</p> <p>6.1 业界最新的计算方式,(提供具体算法)</p>
▲	8	6.2 角膜屈光术后: 采用历史资料法
▲	9	6.3 散光晶体计算: 可在测量机器上直接计算散光矫正型人工晶状体的球镜和柱镜度数。



	10	<p>6.4 具有晶体眼人工晶体植入度数计算。</p> <p>6.5 具备光学人工晶体常数数据库。</p> <p>二、配置清单（包括但不限于）</p> <p>1. 光学生物测量仪主机：1台。</p> <p>2. 彩色喷墨打印机：1台。</p> <p>3. 升降台：1个。</p> <p>4. 电源线：1个。</p> <p>5. 键盘：1个。</p> <p>三、项目整体伴随条款：</p> <p>1.设备到货及安装：国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品合同生效后90个自然日内。</p> <p>2.免费提供不限于院内的应用技术培训或技术指导，直至熟练掌握。</p> <p>3.整机质保≥1年，质保期内按说明书对设备进行维护保养、功能检测，确保开机率≥95%；质保期内收到甲方设备故障报修电话，如线上未能解决的，需及时前往现场查看并出具检修报告。</p> <p>4.投标人项目团队成员具有同类项目经验，能够有效把控项目整体进度。</p> <p>5. 所投产品均须提供有效的制造商授权证明资料。</p> <p>6. 需求书中加注“▲”的参数，投标时需提供相关证明材料。</p> <p>备注：投标人应在投标文件的“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。例如：如为进口产品标注为“进口产品”；如非进口产品标注为“本国产品”。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表二：眼表综合分析系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术功能要求
▲	2	1. Placido环数量：≥50环，可提供更多数据及更准确的分析。
▲	3	2. 检测点：≥18000个。

	4	<p>3. 投影环直径：</p> <p>3.1 直径8.8mm(43D)。</p> <p>3.2 直径11mm(43D)。</p> <p>4. 曲率半径：32.14D~61.36D (5.5mm~10.5mm)、精度：±0.1D(±0.02mm)。</p> <p>5. 散光轴位：0~180°，允差：±2°。</p> <p>6. 白到白范围：6~17mm，允差：±0.1mm。</p> <p>7. 瞳孔直径：1~13mm，允差：±0.1mm。</p> <p>8. 地形图功能：</p> <p>8.1 轴向曲率。</p> <p>8.2 切向曲率。</p> <p>8.3 高度图。</p> <p>8.4 屈光力。</p> <p>9. 具有四联图：能够显示角膜轴向曲率图，切向曲率图，高度图和屈光力地形图，适用于大部分的角膜病变筛查工作。</p>
▲	5	10. 形态因子：E,Ecc,p,Q值。
	6	<p>11. 像差：能够显示不同瞳孔直径范围内的角膜波前像差，PSF图，MTF曲线，视网膜模拟成像图。</p> <p>12. 检查结果对比：支持2次结果对比，地形图差值对比。</p> <p>13. 干眼分析参数：</p> <p>13.1 非侵入式泪膜破裂时间NIBUT：能够实时识别并标记破裂区域，检查面积可覆盖9.6mm角膜直径。</p>
▲	7	13.2 非侵入式泪河高度：能够自动识别泪河位置并测量泪河高度，评估泪河分泌量，以及泪河连续状态。
	8	<p>13.3 睑板腺功能评估：可自动睑板腺缺失率计算，自动睑板腺分级。</p> <p>13.4 脂质层：模板匹配，可通过标准分级模板对比，评估脂质层厚度。</p> <p>13.5 眼红分析：可自动识别，量化结膜和睫状充血占比。</p> <p>13.6 睑缘观察：支持图片电子放大功能。</p>
▲	9	13.7 眼表染色：内置黄色滤色片，能够增加角膜荧光素染色图像对比度，提高早期角膜上皮点染阳性检出率，使用时可自动切换。
▲	10	14. 屏幕：全触摸高清液晶屏≥10.1寸，显示屏调节角度≥50°。

	11	<p>15. 光源：白光、红外光、钴蓝光。</p> <p>16. 通信接口：WIFI。</p> <p>17. 打印机接口：WIFI, USB。</p> <p>18. 扩展显示接口：DisplayPort。</p> <p>19. 左右眼识别：自动。</p> <p>20. 语言：中文 / 英文。</p> <p>21. DICOM：支持。</p> <p>22. 综合报告：能够全面呈现各项检查结果以及严重程度阈值。</p> <p>二、配置清单（包括但不限于）</p> <p>1. 模拟眼（R8）1个。</p> <p>2. 仪器防尘罩1个。</p> <p>3. 角膜地形图仪主机1台。</p> <p>4. 电动升降仪器台1台。</p> <p>5. 使用说明书1本。</p> <p>6. 彩色喷墨打印机1台。</p> <p>三、项目整体伴随条款：</p> <p>1.设备到货及安装：国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品合同生效后90个自然日内。</p> <p>2.免费提供不限于院内的应用技术培训或技术指导，直至熟练掌握。</p> <p>3.整机质保≥2年，保质期内按说明书对设备进行维护保养、功能检测，确保开机率≥95%；质保期内收到甲方设备故障报修电话，如线上未能解决的，需及时前往现场查看并出具检修报告。</p> <p>4.投标人项目团队成员具有同类项目经验，能够有效把控项目整体进度。</p> <p>5. 所投产品均须提供有效的制造商授权证明资料。</p> <p>6. 需求书中加注“▲”的参数，投标时需提供相关证明材料。</p> <p>备注：投标人应在投标文件的“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。例如：如为进口产品标注为“进口产品”；如非进口产品标注为“本国产品”。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

采购包2（裂隙灯显微镜等设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品合同生效后90个自然日内。
标的提供的地点	采购人指定地点

付款方式	<p><b>1期：支付比例30%,1.</b>按中标价格分三期支付：合同签署生效之日起且收到发票及其彩色复印件的<b>10</b>个工作日内支付合同总价的<b>30%</b>。<b>2.</b>发票可以一次性开具或分次开具，其余条款以合同范本为准。<b>3.</b>中标人须为采购人开具合法的发票。中标人承诺，如中标人开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，中标人应立即重新为采购人开具符合要求的发票，并向采购人支付与不符合要求的发票总金额<b>20%</b>的违约金。如采购人因中标人开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，中标人还应全额赔偿采购人因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如中标人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为中标人减轻或免除按照上述约定应向采购人承担责任的理由。同时，中标人需要采取有效措施，避免采购人损失扩大化。</p> <p><b>2期：支付比例30%,1.</b>合同设备安装验收完毕、正常运行达到<b>30</b>个自然日且收到送货清单、发票及其彩色复印件、安装验收报告之日起的<b>10</b>个工作日内支付合同总价的<b>30%</b>。<b>2.</b>发票可以一次性开具或分次开具，其余条款以合同范本为准。<b>3.</b>中标人须为采购人开具合法的发票。中标人承诺，如中标人开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，中标人应立即重新为采购人开具符合要求的发票，并向采购人支付与不符合要求的发票总金额<b>20%</b>的违约金。如采购人因中标人开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，中标人还应全额赔偿采购人因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如中标人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为中标人减轻或免除按照上述约定应向采购人承担责任的理由。同时，中标人需要采取有效措施，避免采购人损失扩大化。</p> <p><b>3期：支付比例40%,1.</b>余款（即<b>40%</b>）在合同设备安装验收合格之日起的<b>60</b>个自然日内，在收到发票及其彩色复印件、售后保养回访报告之日起的<b>10</b>个工作日内支付。<b>2.</b>发票可以一次性开具或分次开具，其余条款以合同范本为准。<b>3.</b>中标人须为采购人开具合法的发票。中标人承诺，如中标人开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，中标人应立即重新为采购人开具符合要求的发票，并向采购人支付与不符合要求的发票总金额<b>20%</b>的违约金。如采购人因中标人开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，中标人还应全额赔偿采购人因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如中标人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为中标人减轻或免除按照上述约定应向采购人承担责任的理由。同时，中标人需要采取有效措施，避免采购人损失扩大化。</p>
验收要求	<b>1期：</b> 以《合同条款》中的“ <b>3.设备运输、安装和验收</b> ”要求为准。
履约保证金	不收取

其他	一、真实性和有效性：同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 二、招标文件附件：投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 三、其余条款以合同范本为准。
----	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		医用光学仪器	裂隙灯显微镜	台	5.00	30,000.00	150,000.00	工业	详见附表一
2	△	手术室设备及附件	白内障超声乳化手术仪	台	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	工业	详见附表二
3		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	药物超声导入仪	台	1.00	40,000.00	40,000.00	工业	详见附表三
4		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	熏蒸治疗仪	台	1.00	60,000.00	60,000.00	工业	详见附表四

附表一：裂隙灯显微镜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术功能要求
▲	2	1. 显微镜类型：伽利略平□式
▲	3	2. 变倍□式：5档变倍
▲	4	3. 放大倍率：6×、10×、16×、25×、40×
	5	4. 目镜倍率：12.5× 5、屈光度调节：-6D～+6D 6、裂隙宽度：0mm～14mm 连续可调 7、裂隙□度：0.2mm、1mm～14mm 连续可调
▲	6	8、光源：LED、卤素灯可选

	7	<p>9、光源调节：无极变倍可调，亮度连续可调</p> <p>10、裂隙角度：0°~180°由垂直到水平方向连续可调</p> <p>11、裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档</p> <p>12、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片。</p> <p>13、光阑可选：Φ14、Φ10、Φ5、Φ3、Φ2、Φ1、Φ0.2（单位：mm）</p> <p>二、配置清单（每台）（包括但不限于）</p> <p>1、裂隙灯主机1台</p> <p>2、升降台1台</p> <p>3、示教镜1台</p> <p>三、项目整体伴随条款：</p> <p>1.设备到货及安装：国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品合同生效后90个自然日内。</p> <p>2.免费提供不限于院内的应用技术培训或技术指导，直至熟练掌握。</p> <p>3.整机质保≥3年，保质期内按说明书对设备进行维护保养、功能检测，确保开机率≥95%。质保期内收到甲方设备故障报修电话，如线上未能解决的，需及时前往现场查看并出具检修报告。</p> <p>4.投标人项目团队成员具有同类项目经验，能够有效把控项目整体进度。</p> <p>5. 所投产品均须提供有效的制造商授权证明资料。</p> <p>6. 需求书中加注“▲”的参数，投标时需提供相关证明材料。</p> <p>备注：投标人应在投标文件的“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。例如：如为进口产品标注为“进口产品”；如非进口产品标注为“本国产品”。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表二：白内障超声乳化手术仪 进口产品

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、技术功能要求</p> <p>1.具有超声乳化，灌注抽吸，前部玻璃体切除和电凝四个功能。</p>
▲	2	2.显示系统采用中文和英文等多种语言；配备彩色液晶直观触摸屏，带语音确认功能。
▲	3	3.具备可同时联合横向和纵向的超声乳化技术，三维超声碎核技术通过超乳针头椭圆形运动，纵横结合对软硬核块进行高效平滑3D打击，提供一个立体超乳模式，持续的乳化减少了堵塞现象，增强超乳针头末端的跟随性和核块握持力，适用于任何形态超乳针头。
▲	4	4. 具备冷超声技术，能量输出和间隔时间均可精确到1ms，能够减少了超乳热量产生、消除了能量对眼组织的热损伤。
	5	<p>5.具有多种能量模式，冷超声，连续，短脉冲，长脉冲，多重爆破，连续爆破等。</p> <p>6.具备超声乳化手柄，频率≥38 KHz，纤细轻巧，坚固耐用，可高温高压消毒重复使用。</p> <p>7.具备超声乳化针头，有19G、20G和21G等多种规格超乳针头可选，能用于2.2mm，2.4mm，3.0mm多种手术切口。</p>
▲	6	8.具有液流系统，蠕动泵，一次性管道和可重复使用管道均能使用。最大负压≥650mmHg，可选择面板或线性；最大流速≥60cc/分钟，可选择面板或线性。

	7	9.具有前房稳定系统，可实现高负压的手术，能够在堵塞解除前提前调节负压，使前房更稳定，手术更安全。
▲	8	10.具有堵塞模式，能自动识别是否抓到核，针头堵塞时能够按预设的程序自动切换能量模式大小和流速大小，来保证手术安全高效。
▲	9	11.具有泵限压点设置功能：可任意设置泵限压点（10%-100%），以满足不同医生和病例手术要求。
▲	10	12.具备前部玻璃体切除功能，最高切速 $\geq 1185$ 次每分钟，可选多种玻切头进行手术，可设置灌注抽吸切割和灌注切割抽吸。13.具有电凝功能，可设置线性、非线性和爆破。
	11	<p>13.可设置脚踏行程比例，可编程多种功能，包括：流速，负压，能量，回吐，连续灌注，切换模式等。</p> <p>14.具备快速的一键式灌注/调谐，完成检测机器可自动进入超声乳化模式。</p> <p>二、硬件配置（包括但不限于）</p> <p>1. 主机：1台。</p> <p>2. 脚踏板：1台。</p> <p>3. 超声乳化手柄<math>\geq 6</math>个。</p> <p>4. 超乳针头：3个。</p> <p>5. 超乳管道：3个。</p> <p>6. 灌注套：6个。</p> <p>7. 测试腔：6个。</p> <p>8. 注吸手柄：3个。</p> <p>9. 针头扳手：3个。</p> <p>10.电凝笔：1个。</p> <p>11.电凝线：1个。</p> <p>三、项目整体伴随条款：</p> <p>1.设备到货及安装：国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品合同生效后90个自然日内。</p> <p>2.免费提供不限于院内的应用技术培训或技术指导，直至熟练掌握。</p> <p>3.整机质保<math>\geq 2</math>年，质保期内按说明书对设备进行维护保养、功能检测，确保开机率<math>\geq 95\%</math>；质保期内收到甲方设备故障报修电话，如线上未能解决的，需及时前往现场查看并出具检修报告。</p> <p>4.投标人项目团队成员具有同类项目经验，能够有效把控项目整体进度。</p> <p>5. 所投产品均须提供有效的制造商授权证明资料。</p> <p>6. 需求书中加注“▲”的参数，投标时需提供相关证明材料。</p> <p>备注：投标人应在投标文件的“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。例如：如为进口产品标注为“进口产品”；如非进口产品标注为“本国产品”。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表三：药物超声导入仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、技术功能要求</p> <p>1. 温度设置及控制范围：30~45℃。</p> <p>2. 具有温度异常报警显示功能。</p> <p>3. 出雾口能够自动检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同。</p> <p>4. 具有超高温报警及保护功能，能够实时监控温度的高低，有效避免烫伤情况发生。</p> <p>5. 主机超声工作频率：2.4MHz±10%。</p>
▲	2	6. 雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比≥65%。
▲	3	7. 最大雾化率：≥1ml/min。
	4	<p>8. 整机噪声：≤50dB（距离主机1m）。</p> <p>9. 具有定时治疗功能。</p>
▲	5	10. 具有调节风量、雾量调试功能。
	6	11. 具有低水位停机功能，水槽内水位过低时，面板水位灯有提示信息，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。
▲	7	12. 重复使用眼罩和管路成本合计<100元，一次性使用材料小于30元/例次。
	8	<p>二、配置清单（包括但不限于）</p> <p>1. 主机：1台</p> <p>2. 药杯：5个</p> <p>3. 加热管路：1根</p> <p>4. 温度传感器：1个</p> <p>5. 10人份配套消耗性材料</p> <p>三、项目整体伴随条款：</p> <p>1.设备到货及安装：国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品合同生效后90个自然日内。</p> <p>2.免费提供不限于院内的应用技术培训或技术指导，直至熟练掌握。</p> <p>3.整机质保≥3年，质保期内按说明书对设备进行维护保养、功能检测，确保开机率≥95%;质保期内收到甲方设备故障报修电话,如线上未能解决的，需及时前往现场查看并出具检修报告。</p> <p>4.投标人项目团队成员具有同类项目经验，能够有效把控项目整体进度。</p> <p>5. 所投产品均须提供有效的制造商授权证明资料。</p> <p>6. 需求书中加注“▲”的参数，投标时需提供相关证明材料。</p> <p>备注：投标人应在投标文件的“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。例如：如为进口产品标注为“进口产品”；如非进口产品标注为“本国产品”。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表四：熏蒸治疗仪



参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、技术功能要求</p> <p>1. 熏蒸温度：30℃-45℃。</p> <p>2. 熏蒸温度误差：±1℃。</p>
▲	2	<p>3. 具有超高温报警及保护功能，具有两路独立温度传感器保护装置，能够实时监控温度的高低，具有上限蒸汽温度报警：超过45℃时，有提示音。</p>
	3	<p>4. 具有定时功能,熏蒸时间5min~30min。</p> <p>5. 治疗结束提示音:当熏蒸时间结束，熏蒸仪应停止加热，并有提示信息。</p> <p>6. 具有防干烧功能：当药液位过低时，停止加热。</p>
▲	4	<p>7. 具有单一故障保护功能：熏蒸仪超过设定温度时，第一路保护装置启动并停止加热，当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效，超过50℃时，第二路保护装置立即启动，停止加热。</p>
	5	<p>8. 具有水位监测防干烧功能。</p> <p>9. 治疗温度控制方式：微电脑计算控制，PID温度自整定模式。</p> <p>10. 时间、温度、断电、漏电等全自动智能保护处理。</p> <p>11. 具有预煮中药功能。</p>
▲	6	<p>12. 熏蒸量 1~1.5 ml/min，热量集中，熏蒸时间长。</p>
▲	7	<p>13. 1微米以下蒸汽颗粒占比≥99%。</p>
▲	8	<p>14. 重复使用眼罩和管路成本合计&lt;100元，一次性使用材料小于30元/例次。</p>
	9	<p>二、配置清单（包括但不限于）</p> <p>1. 主机：1台。</p> <p>2. 波纹管：1根。</p> <p>3. 温度传感器：1个。</p> <p>4. 10人份配套消耗性材料。</p> <p>三、项目整体伴随条款：</p> <p>1.设备到货及安装：国内产品合同生效后30个自然日内，进口产品合同生效后90个自然日内。</p> <p>2.免费提供不限于院内的应用技术培训或技术指导，直至熟练掌握。</p> <p>3.1.整机质保≥3年，保质期内按说明书对设备进行维护保养、功能检测，确保开机率≥95%；质保期内收到甲方设备故障报修电话,如线上未能解决的，需及时前往现场查看并出具检修报告。</p> <p>4.投标人项目团队成员具有同类项目经验，能够有效把控项目整体进度。</p> <p>5. 所投产品均须提供有效的制造商授权证明资料。</p> <p>6. 需求书中加注“▲”的参数，投标时需提供相关证明材料。</p> <p>备注：投标人应在投标文件的“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。例如：如为进口产品标注为“进口产品”；如非进口产品标注为“本国产品”。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东远东招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不得以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市花都区人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。
---------------------------

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共2个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 无</p> <p>开户账号： 无</p> <p>开户银行： 无</p> <p>支票提交方式： 无</p> <p>汇票、本票提交方式： 无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。</p> <p>供应商应保证该优先步骤</p> <p>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘） 1 份。</p> <p>供应商保证该后备步骤。</p> <p>二、纸质投标文件：</p> <p>（3）纸质投标文件正本 1 份，纸质投标文件副本 4 份。</p> <p>供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	<p>采购包1： 2家</p> <p>采购包2： 2家</p>
12	中标供应商数量	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p>

13	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>采购包2：3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中规则	<p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。</p>
15	中标供应商确定方式	<p>采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。</p>
16	代理服务费	<p>收取。采购机构代理服务收费标准：中标服务费由中标人向采购代理机构一次性支付，按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《国家发改委办公厅关于招标代理服务费收取有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的规定标准（货物类）下浮30%收取中标服务费。</p>
17	代理服务费收取方式	<p>向中标/成交供应商收取</p>
18	其他	
19	开标解密时长	<p>20</p> <p>说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p>
20	专门面向中小企业采购	<p>采购包1：非专门面向中小企业</p> <p>采购包2：非专门面向中小企业</p>

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相

关证明材料。

**5.2** 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

**5.3** 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

**5.4** 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**5.5** 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

**5.6** 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

## **6.关联企业投标说明**

**6.1** 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

**6.2** 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## **8.纪律与保密事项**

**8.1** 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

**8.2** 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

**8.3** 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

### 2. 投标文件的制作

2.1 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

### 4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

## 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

## 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

## 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

## 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、开标、评标和定标

### 1.开标

#### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或



其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

## 2. 评审（详见第四章）

### 3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

- （1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购

人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

## 2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3) 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4) 提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：林小姐

电话：020-83642820-832/811

传真：020-83642820-822

邮箱：yd821832@163.com

地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼

邮编：510050

## 3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市花都区财政局政府采购科

地 址：广州市花都区新华街迎宾大道18号

电 话：020-36993727

邮 编：510800

传 真：020-36993710

## 八、合同签订和履行

### 1. 合同签订

1.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订

合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过**30**天尚未完成政府采购合同签订的项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

**1.2**采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

**1.3**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内公开并备案采购合同。

## **2.合同的履行**

**2.1**政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

**2.2**政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**2.3**有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(光干涉式眼轴长测量仪等设备): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(裂隙灯显微镜等设备): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东远东招标代理有限公司统一对外发布。

(2) 对广东远东招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效;

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价**20%**以上的，只推荐**1**名中标候选人。（下浮率报价为：第二中标候选人报价低于第一中标候选人报价**20%**以上的，只推荐**1**名中标候选人。）。第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包**1**（光干涉式眼轴长测量仪等设备）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

采购包2（裂隙灯显微镜等设备）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（光干涉式眼轴长测量仪等设备）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	本项目的特定资格要求	具有相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案登记表》（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	无（本项目属于按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，因此不专门面向中小企业预留采购份额。）

采购包2（裂隙灯显微镜等设备）：



序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	本项目的特定资格要求	具有相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案登记表》（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	无（本项目属于按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，因此不专门面向中小企业预留采购份额。）

表二符合性审查表：

采购包1（光干涉式眼轴长测量仪等设备）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	符合性审查	报价方案是唯一确定
2	符合性审查	投标报价不超过最高限价
3	符合性审查	实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求
4	符合性审查	实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求
5	符合性审查	交货期符合招标文件要求
6	符合性审查	不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。

采购包2（裂隙灯显微镜等设备）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	符合性审查	报价方案是唯一确定
2	符合性审查	投标报价不超过最高限价
3	符合性审查	实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求
4	符合性审查	实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求
5	符合性审查	交货期符合招标文件要求
6	符合性审查	不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。

## 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

## 3.详细评审

采购包1光干涉式眼轴长测量仪等设备

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
	根据所投设备的带“▲”的技术参数符合性进行评审 (36.0分)	完全满足用户需求书中的“▲”的技术参数要求的得满分36分；用户需求书中带“▲”的技术参数一项不满足或负偏离扣3分，不满足或负偏离项数≥12项，不得分。【备注】用户需求书中带“▲”的技术参数共12项，不按招标文件要求提供相应证明文件的，按不满足处理。

技术部分	根据所投设备的非“▲”技术参数符合性进行评审 (14.0分)	完全满足用户需求书中的非“▲”的技术参数要求的得满分14分；有1-3条非“▲”的技术参数要求不满足的得9分；有4-6条非“▲”的技术参数要求不满足的得4分；有7-9条技术参数不满足的得1分；超过9条非“▲”的技术参数不满足的不得分。所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）
	供货方案、安装调试方案及培训方案 (6.0分)	根据投标人的供货方案（应包含供货保障措施、运输保障措施等）、安装调试方案（应包含具体的安装调试计划、安装调试人员安排等）及培训方案（应包含具体的培训目标、培训资质、培训方式、培训内容，时间安排等）进行评分：1、供货方案、安装调试方案及培训方案有明确的计划和步骤，有具体合理的培训标准，保障措施详细、合理可行，得6分；2、有较为详细的供货方案、安装调试方案和培训方案，有较合理的培训标准，得3分；3、供货方案及设备安装、调试和培训方案过于简单或不合理无保障的，得1分；
	售后服务保障能力 (4.0分)	（1）质保期内，投标人承诺的售后服务响应时间：收到采购人通知（电话或书面）后12小时内（含12小时）响应并到达现场的得4分；（2）收到采购人通知（电话或书面）后超过12小时但24小时内（含24小时）响应并到达现场的得2分；（3）收到采购人通知（电话或书面）后超过24小时但72小时内（含72小时）响应并到达现场的得1分；（4）其余不得分。（须提供承诺函，内容包括：1.中标后的现场服务响应时间。2.响应时间的证明资料。以上不提供或提供不全不得分。）
商务部分	合同条款的响应性 (2.5分)	全部响应：2.5分，每个负偏离扣0.5分。
	投标人具有同类项目经验：依据2020年以来承接的同类项目合同情况进行评审【以合同签订时间为准。分支机构投标的，总公司（总所）业绩可纳入评审】 (2.5分)	投标人所提供的项目业绩应同时满足以下条件：（1）以投标人名义的；（2）合同标的任一核心产品（提供中标通知书、合同或验收报告、销售发票），每提供一份得0.5分，满分2.5分，未提供则不得分。【备注】需提供项目合同或协议复印件（至少提供项目能体现项目内容、签订时间、双方盖章的页面）。
	后期维护成本 (5.0分)	投标人承诺如果中标，在本项目约定的质保期结束后，若投标人愿意继续提供有偿的设备维护保养服务，且承诺年度维保服务费不超过本项目该设备成交金额的10%的，得1分；承诺愿意继续服务且年度维保服务费不超过本项目该设备成交金额的7.5%的，得3分；承诺愿意继续服务且年度维保服务费不超过该设备成交金额的5%的，得5分，不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包2裂隙灯显微镜等设备

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分 <b>10.0分</b> 技术部分 <b>60.0分</b> 报价得分 <b>30.0分</b>	
技术部分	根据所投设备的带“▲”的技术参数符合性进行评审 (40.0分)	完全满足用户需求书中的“▲”的技术参数要求的得满分 <b>40分</b> ；用户需求书中带“▲”的技术参数一项不满足或负偏离少得 <b>2分</b> 。【备注】用户需求书中带“▲”的技术参数共 <b>20</b> 项，不按招标文件要求提供相应证明文件的，按不满足处理。
	根据所投设备的非“▲”技术参数符合性进行评审 (10.0分)	完全满足用户需求书中的非“▲”的技术参数要求的得满分 <b>10分</b> ；有 <b>1-3</b> 条非“▲”的技术参数要求不满足的得 <b>7分</b> ；有 <b>4-6</b> 条非“▲”的技术参数要求不满足的得 <b>4分</b> ；有 <b>7-9</b> 条技术参数不满足的得 <b>1分</b> ；超过 <b>9</b> 条非“▲”的技术参数不满足的不得分。【备注】不按招标文件要求提供相应证明文件的，按不满足处理。
	供货方案、安装调试方案及培训方案 (6.0分)	根据投标人的供货方案（应包含供货保障措施、运输保障措施等）、安装调试方案（应包含具体的安装调试计划、安装调试人员安排等）及培训方案（应包含具体的培训目标、培训资质、培训方式、培训内容，时间安排等）进行评分： <b>1</b> 、供货方案、安装调试方案及培训方案有明确的计划和步骤，有具体合理的培训标准，保障措施详细、合理可行，得 <b>6分</b> ； <b>2</b> 、有较为详细的供货方案、安装调试方案和培训方案，有较合理的培训标准，得 <b>3分</b> ； <b>3</b> 、供货方案及设备安装、调试和培训方案过于简单或不合理无保障的，得 <b>1分</b> ；
	售后服务保障能力 (4.0分)	（ <b>1</b> ）质保期内，投标人承诺的售后服务响应时间：收到采购人通知（电话或书面）后 <b>12</b> 小时内（含 <b>12</b> 小时）响应并到达现场的得 <b>4分</b> ；（ <b>2</b> ）收到采购人通知（电话或书面）后超过 <b>12</b> 小时但 <b>24</b> 小时内（含 <b>24</b> 小时）响应并到达现场的得 <b>2分</b> ；（ <b>3</b> ）收到采购人通知（电话或书面）后超过 <b>24</b> 小时但 <b>72</b> 小时内（含 <b>72</b> 小时）响应并到达现场的得 <b>1分</b> ；（ <b>4</b> ）其余不得分。（须提供承诺函，内容包括： <b>1</b> .中标后的现场服务响应时间。 <b>2</b> .响应时间的证明资料。以上不提供或提供不全不得分。）
商务部分	合同条款的响应性 (2.5分)	全部响应： <b>2.5分</b> ，每个负偏离扣 <b>0.5分</b> 。
	投标人具有同类项目经验：依据 <b>2020</b> 年以来承接的同类项目合同情况进行评审【以合同签订时间为准。分支机构投标的，总公司（总所）业绩可纳入评审】（ <b>2.5分</b> ）	投标人所提供的项目业绩应同时满足以下条件：（ <b>1</b> ）以投标人名义的；（ <b>2</b> ）合同标的任一核心产品（提供中标通知书、合同或验收报告、销售发票），每提供一份得 <b>0.5分</b> ，满分 <b>2.5分</b> ，未提供则不得分【备注】需提供项目合同或协议复印件（至少提供项目能体现项目内容、签订时间、双方盖章的页面）。
	后期维护成本 (5.0分)	投标人承诺如果中标，在本项目约定的质保期结束后，若投标人愿意继续提供有偿的设备维护保养服务，且承诺年度维保服务费不超过本项目该设备成交金额的 <b>10%</b> 的，得 <b>1分</b> ；承诺愿意继续服务且年度维保服务费不超过本项目该设备成交金额的 <b>7.5%</b> 的，得 <b>3分</b> ；承诺愿意继续服务且年度维保服务费不超过该设备成交金额的 <b>5%</b> 的，得 <b>5分</b> ，不提供不得分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	---

#### 4.汇总、排序

##### 采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

##### 采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

项目名称

医疗设备购销合同  
(合同编号)

甲方：广州市花都区人民医院

乙方：\_\_\_\_\_

2023年 月

## 医疗设备购销合同

合同编号：

签约地：广州市花都区新华路48号

甲方（买方）：广州市花都区人民医院

乙方（卖方）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》及\_\_\_\_\_招标代理有限公司项目编号【 】广州市花都区人民医院采购\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，在平等互利、协商一致的基础上，甲方向乙方订购标定的医疗设备货物及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

## 1.1合同标的货物信息：

设备品名	品牌	规格型号	产地	单价	数量	金额
(不够自行加行)						
合计总金额(大写)：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(¥阿拉伯数字元)						

1.2合同总金额包括设备设计、制造、包装、仓储、供货、运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、伴随技术服务、质保期保障等全部内容的费用(含税费)。

## 2. 设备的交付期与交货地点

2.1乙方在合同生效之日起的国产产品30天、进口产品90天内将设备运至甲方指定地点、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10.2条规定执行。

2.2乙方应在设备运至甲方指定地点前3天通知甲方设备主管部门(联系人：张工/15018755065、或徐小姐/13929520348)，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

2.3交付完成的标志为：三方(使用科室验收人员、设备科验收员、安装技术员)在《广州市花都区人民医院医疗设备安装验收报告》(见附件)上签字确认。

## 3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施(包括但不限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等)。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在7个工作日内安装调试完成。

3.4设备安装乙方应做好文明施工，物件堆放整齐，道路畅通，施工废料及时清运，注意保护甲方设备、设施，注意施工人员与现场人员的安全，为施工人员购买保险等，因乙方原因造成甲方设备、设施损坏，引起人员伤害等事故，乙方应负全部

责任。乙方人员应当严格遵守和配合甲方的疫情防控管理规定，拒不配合并造成不良后果由乙方承担相关法律责任。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同设备安装调试完成且正常工作后**7**个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方相关人员在甲方《**广州市花都区人民医院医疗设备安装验收报告**》上签字确认。

3.7 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《**广州市花都区人民医院医疗设备安装验收报告**》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.8验收前，乙方应向甲方提供齐全设备相关资料文件，包括但不限于设备的注册/许可文件、制造商出厂合格证明、出厂检验报告、质量保证书、产品使用说明书、维修手册、报关单、合同设备配置清单、培训资料及设备的技术文件资料等。乙方如未能及时提供上述资料，则甲方有权推迟验收、或者推迟付款直至乙方补齐，期间发生的损失由乙方承担。若乙方无法补齐或者提供的文件内容不属实的，则甲方有权拒收设备（已接收的，则有权退回乙方），由此产生的损失由乙方承担。

3.9乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权或其他权利的侵权赔偿，导致甲方无法正常使用合同设备或造成甲方损失的，乙方应向甲方赔偿损失，赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方正常使用合同设备后可以获得的利益、购置新的设备所产生的费用、诉讼费、律师费、公证费等所有费用支出。

3.10若乙方所提供的设备产地在境外的，务必于设备安装验收前提供**设备通关**所涉文书。

#### 4.付款方式及付款注意事项

4.1 本合同的每笔款项以人民币对公转账方式支付，分三期支付，时间和金额约定如下：

4.1.1合同签署生效之日起，在收到**发票（当期或全票）及其彩色复印件**的**10**个工作日内，由甲方向乙方支付合同总金额的**30%**，即：**¥**\_\_\_\_\_元；大写人民币\_\_\_\_\_。

4.1.2 合同设备安装验收完毕、正常运行达到**30**个自然日且收到送货清单、安装验收报告、**发票及其彩色复印件**之日起的**10**个工作日内，由甲方向乙方支付合同总金额的**30%**，即：**¥**\_\_\_\_\_元；大写人民币\_\_\_\_\_。

4.1.3 合同设备验收合格之日起的**60**个自然日内，在收到**发票及其彩色复印件**、售后保养回访报告之日起的**10**个工作日内，甲方支付给乙方合同总金额的**40%**，即：**¥**\_\_\_\_\_元；大写人民币\_\_\_\_\_。

4.2 其它要求：合同、发票及送货清单所标注的“医疗设备品名、型号规格”以注册证为准，其中**送货清单**应列明其医学装备品名、品牌、型号规格、数量、生产厂家、出厂日期、出厂编号及设备附属技术资料清单等。（具体格式可参考附件）

#### 4.3 收款账户

4.3.1 乙方指定的收款账户如下：

收款账户名称：

收款银行名称：

收款银行账号：

税务登记号：

4.3.2 甲方将合同款项付至上述乙方指定收款账户后方可确定甲方履行了本合同付款义务，否则视为甲方未履行付款义务，甲方应承担由此造成的一切损失。

4.3.3 如因乙方收款账户提供有误，致使没能及时收到合同款项，由此产生的经济纠纷和法律责任由乙方自行承担。

4.3.4 如乙方需变更收款账户信息，应在甲乙双方约定的付款时间至少提前**10**个工作日书面函告甲方，否则甲方依然按

本合同约定的收款账户进行付款。

#### 4.4 甲方开票信息

账户： 广州市花都区人民医院

账号： 3602023909033031819

开户行： 工行广州花都新华支行

税务登记号： 1244011445539427X0

#### 5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需的但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件纸质版、电子版各一份给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

#### 6. 伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备或合同一起发至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

#### 7. 质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是国产设备18个月内生产（从设备铭牌的生产日期起，计算至设备运至甲方指定地点的日期止），进口设备18个月内通关（从设备的通关日期起，计算至设备运至甲方指定地点的日期止）的全新的、未使用过的设备，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可常规安全合法使用，并符合国家有关安全质量标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的生产（通关）期限、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权要求乙方在接到甲方通知后30天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提供履约公司的营业执照、维保服务承诺函、联系人及其电话。

7.3乙方应提供保修期\_\_\_个月（按招标响应描述），保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。



7.4报修响应时间 24 小时（保修单位： ； 报障电话： ），经确认需到现场的，24 小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在48 小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在甲方故障报告72 小时内向甲方免费提供相同或同等标准的适用备用设备作为临时使用或书面提交明确、具体的设备故障解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决；若再有延迟，从设备故障报告之时起至实际提供符合使用要求的备用设备或将故障设备修复之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供有效备用设备或修复故障而造成甲方的损失，按依法裁定的最终结果由乙方承担。

7.5 维保期内，乙方应根据项目目标的设备的设计属性及说明书要求，落实维保期内的维护保养义务，至少包括在全款支付前的售后回访、说明书要求的周期维护保养事项，并提供经确认的维保工单。

7.6保修期满后，人工费为单次故障不高于\_\_\_\_ 元。

7.7乙方或承保单位应负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库，并以附件形式提供常用维修备件清单、价格或及厂家报价凭证。

7.8在本合同的设备运行期内，乙方应向甲方免费提供设备相关软件升级和版本更换。

## 8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途设备，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2设备的产权，损坏、灭失的风险，在设备通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因设备验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

## 9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担设备到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按设备总价的110%价值为设备投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为设备交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。

## 10.索赔条款

10.1如乙方提供的设备不符合本合同约定，或经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认设备不符合本合同约定，甲方有权选择采取以下一种或者多种措施：

10.1.1甲方有权拒收，并保有解除本合同的权利。

10.1.2按照设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，双方协商降低设备的价值。

10.1.3调换有瑕疵的设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。同时，保修期相应延长。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4乙方须为甲方开具合法的发票。乙方承诺，如乙方开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，乙方应立即重新为甲方开具符合要求的发票，并向甲方支付不符合要求的发票总金额20%的违约金。如甲方因乙方开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，乙方还应全额赔偿甲方因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如乙方因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为乙方减轻或免除按照上述约定应向甲方承担责任的理由。同时，乙方需要采取有效措施，避免甲方损失扩大化。

10.5甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

10.6 甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，但对于已订货而未现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部

或部分货款，并支付相应的利息（按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10.7 本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10.8 乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。否则，乙方应自行向第三方承担侵权责任及因此而发生的所有费用。

10.9 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

10.10提前解除合同的，如属于政府采购的合同，报甲方财政主管部门审批后按审批意见予以处理。

11.不可抗力

11.1不可抗力是指超出一方合理控制能力，致使一方无法根据本合同规定履行全部或部分义务的任何原因，包括罢工、封锁、核事故、自然灾害、战争、恐怖主义活动、暴乱、动乱、极端不利天气条件、火灾、洪水、暴风雨、法律/法规/政府命令、条例或指示的执行等。

11.2本合同任何一方因不可抗力而不能或延迟履行本合同项下任何义务，应立即以可能的最快捷方式通知对方，并在不可抗力事件发生15日内向对方出具能有效证明该不可抗力事件发生的证明材料。遭受不可抗力影响的一方在其遭受不可抗力事件影响的范围内不承担任何违约责任，对因此给对方造成的任何损失也不承担任何责任，但应采取积极有效的措施以尽量减少因不能或延迟履行本合同项下义务而给对方造成的损失。

11.3不可抗力事件发生后，甲乙双方应尽快协商继续履行、变更履行或终止本合同。

12.争端的解决

12.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

12.2因设备质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

13.合同生效

13.1 本合同在甲、乙双方签字并盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

13.2 合同签署要求：乙方需由法定代表人或授权代表（需提供公司授权书）签名。13.3 乙方指定\_\_\_\_\_（联系电话：\_\_\_\_\_）作为签约人，负责签署本合同。

13.4 本合同以电子方式签署，以中文书就，双方按需自行下载合同电子文件，电子文件具有相同的法律效力。

14.合同附件

14.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

14.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字并盖章或确认之日期。

14.3设备的投标文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

14.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

15.项目目标的附件

15.1 货物详细信息：

序号	品名（含注册证号）	品牌	规格型号	数量	备注
1	（不够自行加行）				

**15.2** 常规服务以外的、招标文件额外要求的场地设计或及其施工改造、安装设计或及其配套设施、信息系统对接、特殊的应用技术培训与指导等伴随服务内容：（按招标响应描述）

**15.3** 项目维护维修的零备件或及维保服务参考价格清单（（按招标响应描述，如无法提供请作说明）：

序号	零备件名称	规格	包装规格	最小单价 (元)	备注说明
1	(不够自行加行)				渠道来源、更换周期、具体服务内容或价格说明

序号	消耗品名称	规格	包装规格	最小单价 /元	备注说明
1	(不够自行加行)				渠道来源、消耗周期、或价格说明

**15.4** 项目正常使用/运行的消耗品参考价格清单（（按招标响应描述，如无则须删除该项）：

**16. 送达条款**

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

（以下无正文）

甲方： 广州市花都区人民医院

甲方法定代表人或授权代表：

业务负责人：

通讯地址： 广州市花都区人民医院设备科（新华街新华路**48**号）

业务联系人/电话： 吴庆文/**020-62935298**

签约日期：

乙方：

乙方法定代表人或授权代表：

业务负责人：

通讯地址：

业务联系人/电话：

签约日期：

附件： 合同签署注意事项

**1. 合同书写与报审**

**1.1** 由标的供应商按如下要求发送到**hdrmyysbkht@126.com**。

**1.2** 文件统一以压缩包形式，文件名命名：**XX公司XX采购合同（业务联系人+电话）**。

**1.3** 压缩包内文件清单

1.3.1 合同正本：（名称：XX公司XX设备购销合同.Word）；

1.3.2 经销资质证书：签章的经销商《营业执照》及相关授权书（产品经销代理授权书、签约代表授权书、经销人员身份证复印件）.PDF；

1.3.3 产品资质证书：盖章的产品三证（医疗器械或卫消产品生产许可证、医疗器械或卫消产品经营许可证、医疗器械注册证或备案凭证、产品检验报告证明等.PDF）；

1.3.4 《中小微企业声明函》：中小微型企业出具并盖公章.PDF；

1.3.5 技术档案：产品使用说明书复印件、维护保养手册复印件、主要功能及技术参数、操作标准规程、日常保养规范、使用操作培训课件等技术材料；（提供U/光盘）

1.3.6 产品宣传资料：产品彩页扫描件.PDF、产品宣传广告语.Word；（提供U/光盘）

1.3.7 中标通知书（中标公司盖章）

## 1.4 合同正本规范

1.4.1 合同标的货物品名首以“中标通知书命名”为标准，如与注册证名称（或通用商品名称）有出入的，需标注：中标通知书命名（医疗器械注册证/通用商品名）；属多产品构成的成套设备，需罗列主要分项（以注册证及商品名为准）组件及其价格。

1.4.2 乙方一般由法定代表人签署，如由授权签约代表签署，须提交签约代表授权书。

1.4.3 合同骑缝章需首尾覆盖，漏页无效；

1.5 最终签署的合同以我院审核后回复的版本为准，乙方不得私自修改任何相关条款，如有异议，当协商解决。

## 2. 合同及相关资料要求及送达

### 2.1 合同相关资料要求

2.1.1 书面签署合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，电子认证合同按需下载；

2.1.2 经销资质证书\*2份，产品资质证书\*1份，技术档案\*1份，产品宣传资料\*1份。

2.2 经复核的书面合同请邮递（广州市花都区人民医院新华路48号设备科邝老师/13826069899收/邮编510800）或面呈。

2.3 合同签署通知：合同经院方签署后，以邮件回复或电话通知领取（故文件名必须规范命名：XX公司XX采购合同（业务联系人+电话）），一律不予免费快递回邮。

### 3. 送货、安装验收、培训、请款资料：（请认真核对）

3.1 合同复印件及送货清单

3.2 《广州市花都区人民医院医疗设备安装验收报告》

3.3 发票及其彩色复印件

3.4 属进口商品的，须同时提交报关单

3.5 送货清单须至少具有以下内容：货物名称、注册证号（如有）、规格型号、数量、价格、出厂编号（机身码）、生产日期、生产厂家、产地。

3.5 乙方确保合同签署单位账户、账号、开户行、税务登记号等信息与政府采购平台

备案信息一致，一字不差！！

## 医疗设备安装验收报告

设备名称		品牌/产地	如为进口设备，请提供报关单
规格型号		注册证号	
有源额定 功率（W ）		技术应用	联系人：
			联系电话：

生产日期 /保修期		售后服务	联系人：
	年 月 日- 年 月 日		联系电话：
经销公司		经销人员	联系人：
			联系电话：
安装地点		所属科室	
主要部 件清单/机 身码			
验收事项	<div>设备外观是否完好无损伤：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</div> <div>设备规格型号数量是否与合同或及中标通知书内容相符：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</div> <div>设备生产日期是否与合同要求相符：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</div> <div>设备的随机附件、备件是否齐全：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</div> <div>设备配套所需的水电气或防护设施配置是否到位：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</div> <div>成套设备试运行是否正常：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</div> <div>设备功能完整性验证达标：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</div> <div>设备技术参数、性能指标验证达标：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</div> <div>缺项或其它说明：</div> <div>安装工程师：                  设备科工程师：                  日期：</div>		
培训记录  （另行安排 培训或进修 的请补交凭 证，否则影 响后期付款 ）	<div>无需培训<input type="checkbox"/>；现场简易操作培训<input type="checkbox"/>；大型复杂技术培训见附表<input type="checkbox"/>；</div> <div>另行安排培训<input type="checkbox"/>进修<input type="checkbox"/>说明：_____。</div> <div>接受现场简易操作培训人员签到：</div> <div>培训效果确认：熟练<input type="checkbox"/>/初步了解并基本掌握<input type="checkbox"/>/其它说明：_____。</div> <div>科室负责人：                  授课人签名：                  日期：</div>		
文书验收	<div>商务文书（报关单）：<input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>无/<input type="checkbox"/>不适用；合格证书：    <input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>无</div> <div>产品说明书：                  <input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>无/<input type="checkbox"/>不适用；操作手册：    <input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>无/<input type="checkbox"/>不适用</div> <div>维修保养手册：                  <input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>无/<input type="checkbox"/>不适用；标准操作规程：<input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>无/<input type="checkbox"/>不适用</div> <div>科室自留资料清单：_____保管人：_____</div> <div>其它情况说明：</div> <div>设备科资产管理人签名：                  日期：</div>		
项目 验收意见	<div>使用科室负责人：_____同意验收<input type="checkbox"/>；不同意<input type="checkbox"/>事由：</div> <div>设备科负责人：_____同意验收<input type="checkbox"/>；不同意<input type="checkbox"/>事由：</div> <div>（≥50万元）审计科：_____同意验收<input type="checkbox"/>；不同意<input type="checkbox"/>事由：</div> <div>会签日期：</div>		

XX科医学装备培训记录表

培训时间				培训主讲人		
培训主题				培训形式		
培训人员 签到栏	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
主要培 训内容						
考核评 价总结						

如有，请附授课课件或及评价考核资料。

本合同未尽事宜，由双方协商处理。

医疗设备验收清单附

设备名称	品牌/产地	规格型号	注册证号	机身码	额定功率（W）	生产日期/保修期限	安装科室/接收人	售后联系人/联系电话

如项目合同货物较多，请附上表，表格栏目可根据设备类型结合其管理要求自行调整。

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

（项目名称）

# 投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440114-2023-00036**

采购项目编号：**GDYD230043**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日



## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、实质性响应一览表
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、承诺函
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标人业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、附件

格式一：

## 投标函

致：广东远东招标代理有限公司

你方组织的“广州市花都区人民医院眼科一批设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：GDYD230043]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市花都区人民医院眼科一批设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式五：

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
...			
...			

说明：

- 1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
- 2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式七：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东远东招标代理有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广州市花都区人民医院眼科一批设备采购项目”项目采购[采购项目编号为GDYD230043]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式八：

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

提供以下相关证照的扫描件之一：**1.**企业法人提供企业法人营业执照；**2.**事业法人提供事业法人登记证；**3.**其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；**4.**自然人提供居民身份证等；

格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广州市花都区人民医院

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

- 1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2: 投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，  
\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。



格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十九：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市花都区人民医院眼科一批设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：GDYD230043），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东远东招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： \_\_\_\_\_  
投标人法定地址： \_\_\_\_\_  
投标人授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
承诺日期： \_\_\_\_\_

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。



格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

