

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**441401-2023-00239**

采购项目编号：**441401-2023-00239**

项目名称：梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目

采购人：梅州市妇幼保健院

采购代理机构：广东康嘉阳实业有限公司

第一章 投标邀请

广东康嘉阳实业有限公司受梅州市妇幼保健院的委托，采用公开招标方式组织采购梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目
采购计划编号：441401-2023-00239
采购项目编号：441401-2023-00239
采购方式：公开招标
预算金额：2,250,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(超声诊断仪):
采购包预算金额：760,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	医用超声波仪器及设备	超声诊断仪	1.0000(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订后30天内交货、安装、调试并交付使用。
采购包2(超声诊断仪（便携式）):
采购包预算金额：510,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	医用超声波仪器及设备	超声诊断仪（便携式）	1.0000(台)	详见第二章	是

本采购包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订后60天内交货、安装、调试并交付使用。
采购包3(多功能麻醉机、多参数监护仪):
采购包预算金额：980,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
3-1	急救和生命支持设备	多功能麻醉机	2.0000(台)	详见第二章	否
3-2	医用电子生理参数检测仪器设备	多参数监护仪	2.0000(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订后30天内交货、安装、调试并交付使用。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年的财务审计报告复印件或自本招标公告发布之日起由供应商基本开户银行出具的资信证明文件）。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（超声诊断仪）：无

采购包2（超声诊断仪（便携式））：无

采购包3（多功能麻醉机、多参数监护仪）：无

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（超声诊断仪）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3) 供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。

4) 若供应商所供设备隶属医疗器械管理的，须提供设备的《医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证。

采购包2（超声诊断仪（便携式））：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3) 供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。

4) 若供应商所供设备隶属医疗器械管理的，须提供设备的《医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证。

5) 供应商所投超声诊断仪（便携式）若为进口产品，须提供制造商或代理商出具有效的销售许可证或代理销售许可证或授

权书及售后服务承诺函。

采购包3（多功能麻醉机、多参数监护仪）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。

4)若供应商所供设备隶属医疗器械管理的，须提供设备的《医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：梅州市妇幼保健院

地址：梅州市梅江区江南梅新路7号

联系方式：0753-2306126

2.采购代理机构信息

名称：广东康嘉阳实业有限公司

地址：梅州市梅江区江南客都大道联通大厦6楼6002

联系方式：0753-8669888

3.项目联系方式

项目联系人：张小姐

电话：0753-8669888

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广东康嘉阳实业有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

（一）各包组预算金额

包组号	项目内容	预算金额（元）
一	超声诊断仪	760000
二	超声诊断仪（便携式）	510000
三	多功能麻醉机	710000
	多参数监护仪	270000

注：

1.本项目包组二采购的超声诊断仪（便携式）允许进口产品参与竞争，相关申请已获相关部门批准。

2.本项目各包组不属于专门面向中小企业采购的项目，不适宜由中小企业提供的理由为：无法确保充分供应、充分竞争，且存在可能影响采购目标实现的情形。

采购包1（超声诊断仪）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订后30天内交货、安装、调试并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p>1期：支付比例30%,合同签订，货物到货清点完毕后15个工作日内支付合同总金额的30%。</p> <p>2期：支付比例65%,货物安装完毕并通过采购人组织的验收合格后30个日历日内支付合同金额的65%。</p> <p>3期：支付比例5%,合同金额的5%于验收合格之日起3年后，采购人凭中标供应商的请款申请在30个日历日内支付清（不计利息）。每笔款项支付时，中标供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。付款方式：银行转账支付。</p>

验收要求	<p>1期：（1）依招标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。投标供应商必须为采购人设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。（2）拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。设备到达最终用户现场后，在接到采购人通知后，中标供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。（3）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。（4）验收时中标供应商负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。（5）中标供应商所提供的货物出现更新换代、停产的，中标供应商须提供由制造商出具的停产证明，在不降低原中标货物质量或配置(规格)、原中标价格不变的前提下，经采购人同意后，可以提供原中标货物的替代货物，替代货物需经采购人组织相关技术人员进行鉴定，确定其性能、质量等不低于原中标货物，并与采购人签订设备变更协议为合同的附件，否则按违约处理。</p>
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内 容 说 明
★	1	交 货 时 间	自合同签订后30天内交货、安装、调试并交付使用。
	2	设 备 一 般 要 求	（1）投标供应商所投设备必须是制造商原装、全新、未使用过的产品，产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品。（2）货物外观清洁，标记编号以及表面显示等字体清晰、明确。（3）产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。（4）投标供应商必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标供应商有责任给予补充。
	3	售 后 服 务 要 求	（1）所有设备保证在交付采购人安装调试验收合格之日起免费质保期为3年，保修内容按生产厂家的保修规定进行保修，在免费保修期结束后，须继续提供维护和维修服务。（2）中标供应商设有固定的维修服务机构，以满足采购人要求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。所供设备须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的设备本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或更换同类产品。（3）在保用的期限内，本次采购的设备出现非采购人责任造成的故障的，中标供应商无偿为采购人维修或更换相应设备，并保证采购人的正常使用。响应时间：采购人反馈产品质量、故障、事故问题时，1小时内予以响应，需到现场维修时，4小时内到达现场维修，一般在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用设备，保证采购人的正常工作使用。（4）中标供应商须为采购人进行相关操作及安装调试工作。（5）中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。（6）在保质期满后，中标供应商须保证以合理优惠的价格提供备件和保养服务。
	4	培 训 要 求	（1）培训地点：采购人指定地点；（2）培训内容要求：中标供应商必须明确提供系统及设备操作等方面的培训；（3）培训费用：投标供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须计入投标总价。
	5	报 价 要 求	报价应包括设备及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。		

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		医用超声波仪器及设备	超声诊断仪	台	1.00	760,000.00	760,000.00	工业	详见附表一

附表一：超声诊断仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求								
	1	<p>（一）项目需求一览表：</p> <table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>超声诊断仪</td><td>1</td><td>台</td></tr></table> <p>（二）技术参数及要求：</p> <p>1.高分辨率液晶监视器≥17寸，上下左右自由旋转，可倾斜，可与操作面板同时旋转及高度调整；</p> <p>2.二维灰阶成像部件；</p> <p>3.M 型显示和分析系统；</p> <p>4.频谱多普勒显示及分析系统；</p> <p>5.彩色多普勒超声波诊断部件；</p> <p>6.能量多普勒超声波诊断部件；</p> <p>7.连续多普勒显示及分析系统；</p> <p>8.空间复合成像（支持线阵及凸阵探头，复合角度可调）；</p> <p>9.组织多普勒成像单元；</p> <p>10.谐波成像单元；</p> <p>11.具备纯净脉冲反转谐波；</p> <p>12.具备宽带谐波；</p> <p>13.高分辨率彩色血流成像技术，可提供极高的空间分辨力，同时保证帧频；</p> <p>14.有方向性，可测量速度，最低显示速度≤0.01m/s；</p> <p>15.二维和彩色多普勒实时双幅显示；</p> <p>16.▲二维和彩色多普勒动态双幅显示时可双幅同时显示穿刺引导线，并可同时显示感兴趣区距体表距离；</p> <p>17.穿刺针实时双幅增强显示功能；</p> <p>18.▲增强显示的穿刺针道可变角度≥35°，步长≤5°；</p> <p>19.冻结后可调多个参数图像局部放大功能，放大不失帧。包括静态和动态放大，中心放大和局部放大；</p> <p>20.具备多普勒角度自动校正功能；</p> <p>21.具备自适应图像处理技术，可视可调≥6级；</p> <p>22.具备精细图像处理技术，原始数据，冻结后可用；可视可调≥3级；</p> <p>23.具备梯形成像功能；</p> <p>24.具备实时双幅显示二维图像和慢放图像功能，慢放速度可实时调节，慢放速度可达原速度的1/10；</p> <p>25.二维模式下可监听多普勒声音；</p>	序号	项目内容	数量	单位	1	超声诊断仪	1	台
序号	项目内容	数量	单位							
1	超声诊断仪	1	台							

	<div>26.▲能减少彩色的外溢，显示微细血管和低速血流；</div> <div>27.▲可自动计算卵泡大小及平均值；</div> <div>28.具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序；</div> <div>29.▲腔内弯柄微凸探头扫描角度：≥120°；</div> <div>30.具有横向增益调节≥8段；</div> <div>31.自带中文操作软件。</div> <div>32.配置清单</div> <table><tr><th>序号</th><th>配置名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>超声诊断仪主机</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>腹部探头</td><td>1</td><td>支</td></tr><tr><td></td><td>曲柄腔内探头</td><td>1</td><td>支</td></tr><tr><td>4</td><td>直柄腔内探头</td><td>2</td><td>支</td></tr><tr><td>5</td><td>穿刺架</td><td>12</td><td>支</td></tr></table>	序号	配置名称	数量	单位	1	超声诊断仪主机	1	套	2	腹部探头	1	支		曲柄腔内探头	1	支	4	直柄腔内探头	2	支	5	穿刺架	12	支
序号	配置名称	数量	单位																						
1	超声诊断仪主机	1	套																						
2	腹部探头	1	支																						
	曲柄腔内探头	1	支																						
4	直柄腔内探头	2	支																						
5	穿刺架	12	支																						
说明	<div>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</div> <div>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</div>																								

采购包2（超声诊断仪（便携式））

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订后 60 天内交货、安装、调试并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p>1期：支付比例30%,合同签订，货物到货清点完毕后15个工作日内支付合同总金额的30%。</p> <p>2期：支付比例65%,货物安装完毕并通过采购人组织的验收合格后30个日历日内支付合同金额的65%。</p> <p>3期：支付比例5%,合同金额的5%于验收合格之日起3年后，采购人凭中标供应商的请款申请在30个日历日内支付清（不计利息）。每笔款项支付时，中标供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。付款方式：银行转账支付。</p>

验收要求	<p>1期：（1）依招标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。投标供应商必须为采购人设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。（2）拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。设备到达最终用户现场后，在接到采购人通知后，中标供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。（3）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。（4）验收时中标供应商负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。（5）中标供应商所提供的货物出现更新换代、停产的，中标供应商须提供由制造商出具的停产证明，在不降低原中标货物质量或配置(规格)、原中标价格不变的前提下，经采购人同意后，可以提供原中标货物的替代货物，替代货物需经采购人组织相关技术人员进行鉴定，确定其性能、质量等不低于原中标货物，并与采购人签订设备变更协议为合同的附件，否则按违约处理。（6）原装进口产品须提供该设备的报关单及海关商检证明。</p>
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内 容 说 明
★	1	交 货 时 间	自合同签订后 60 天内交货、安装、调试并交付使用。
	2	设 备 一 般 要 求	（1）投标供应商所投设备必须是制造商原装、全新、未使用过的产品，产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品。（2）货物外观清洁，标记编号以及表面显示等字体清晰、明确。（3）产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。（4）投标供应商必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标供应商有责任给予补充。
	3	售 后 服 务 要 求	（1）所有设备保证在交付采购人安装调试验收合格之日起免费质保期为 3 年，保修内容按生产厂家的保修规定进行保修，在免费保修期结束后，须继续提供维护和维修服务。（2）中标供应商设有固定的维修服务机构，以满足采购人要求，提供 24 小时的全方位技术支持和售后服务。所供设备须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的设备本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或更换同类产品。（3）在保用的期限内，本次采购的设备出现非采购人责任造成的故障的，中标供应商无偿为采购人维修或更换相应设备，并保证采购人的正常使用。响应时间：采购人反馈产品质量、故障、事故问题时， 1 小时内予以响应，需到现场维修时， 4 小时内到达现场维修，一般在 24 小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用设备，保证采购人的正常工作使用。（4）中标供应商须为采购人进行相关操作及安装调试工作。（5）中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。（6）在保质期满后，中标供应商须保证以合理优惠的价格提供备件和保养服务。
	4	培 训 要 求	（1）培训地点：采购人指定地点；（2）培训内容要求：中标供应商必须明确提供系统及设备操作等方面的培训；（3）培训费用：投标供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须计入投标总价。
	5	报 价 要 求	报价应包括设备及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。		

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要求
1		医用超声波仪器及设备	超声诊断仪（便携式）	台	1.00	510,000.00	510,000.00	工业	详见附表一

附表一：超声诊断仪（便携式） 进口产品

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求								
		<p>（一）项目需求一览表：</p> <table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>超声诊断仪（便携式）</td><td>1</td><td>台</td></tr></table> <p>（二）系统设备组成及用途：</p> <p>1.设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断系统1台；</p> <p>2.用途：用于各器官超声诊断和相关科研，包括乳腺、腹部、泌尿科、浅表组织与小器官、肠管，肌骨，神经，妇产科，外周血管、经腔内等。</p> <p>（三）设备主要技术参数指标：</p> <p>1.主机系统性能概括</p> <p>1.1显示器及操作系统</p> <p>1.1.1▲≥11.6寸高分辨率宽视角显示器，分辨率≥1300*700pixels,手套兼容触摸屏；</p> <p>1.1.2▲机身重量≤2.5kg，且有提手可以脱离台车单独使用，并可360度旋转；</p> <p>1.1.3▲智能化平台，配备脉冲锐化技术，帧频更快；</p> <p>1.1.4▲快速开机、瞬间待机启动系统；</p> <p>1.1.5▲可以接无线鼠标操作系统；</p> <p>1.1.6显示器是触摸手势操作，横向滑动可以调节增益，纵向滑动可以调节深度；</p> <p>1.2主机系统</p> <p>1.2.1 具有脉冲整形能力的全数字便携式宽带声束形成器；</p> <p>1.2.2数字化通道数≥81920；</p> <p>1.2.3≥258db系统动态范围的高分辨率A/D转换；</p> <p>1.2.4具备彩色智能扫查界面，出厂预设条件用彩色图像生动显示，增加临床操作的简便性和标准化；</p> <p>1.3二维灰阶成像（部件）单元</p> <p>1.3.1适用于所有成像探头；</p> <p>1.3.2空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多级别可调；</p> <p>1.3.3磁共振像素优化技术，高清晰斑点噪声抑制，多级别可调；</p> <p>1.3.4单键实时优化，调整动态范围，TGC，增益，彩色，多普勒等多种图像参数；</p> <p>1.3.5单键优化二维图像，根据深度的不同，优化频带，保障图像的清晰；</p> <p>1.3.6高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动，对传统M型扫描进行角度矫正，提高测量准确性和效率，可三条解剖M型同时显示；</p> <p>1.3.7双屏同步显示，支持二维及彩色血流图像；</p> <p>1.3.8具有穿刺针增强技术，实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影；</p>	序号	项目内容	数量	单位	1	超声诊断仪（便携式）	1	台
序号	项目内容	数量	单位							
1	超声诊断仪（便携式）	1	台							

- 1.3.9支持扩展成像，增加显示屏有效显示区域，增加诊断信息，提高诊断效率；
- 1.3.10支持双击屏幕冻结及解冻图像；
- 1.4频谱多普勒显示及分析系统
 - 1.4.1频谱多普勒技术可调节声束角度；
 - 1.4.2自适应多普勒技术减少噪声、伪像；
 - 1.4.3自动多普勒分析，多种参数同屏显示；
 - 1.4.4智能优化技术自动优化Doppler频谱；
 - 1.4.5双同步和三同步2D、color、PW/CW成像；
 - 1.4.6取样容积宽度及位置范围：宽度0.2mm至19.7mm多级可调；
- 1.5彩色血流成像（部件）单元
 - 1.5.1超宽频带血流技术；
 - 1.5.2自适应彩色多普勒技术；
 - 1.5.3智能优化技术，自动优化彩色血流；
 - 1.5.4高分辨率高敏感小血管血流模式，可以二维彩色对比显示，实时双幅显示；
 - 1.5.5多种彩色图谱，独立调节增益，滤波，PRF；
 - 1.5.6彩色能量图；
 - 1.5.7方向能量图；
- 1.6二次谐波成像（自然组织谐波成像）
 - 1.6.1PIH脉冲反相谐波技术；
 - 1.6.2支持自然组织谐波成像；
- 1.7激活的原始数据处理功能：冻结图像和快速浏览时候可进行调整；
- 2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)
 - 2.1一般测量：距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记)、角度、体积等；
 - 2.2多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算)；
 - 2.3外周血管测量，分析血管面积和直径狭窄，支持IMT测量；
- 3.图像存储与（电影）回放重显单元；
- 4.DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线网络传输，蓝牙传输，USB传输，打印，检索和通用格式；
- 5.记录装置：
 - 5.1硬盘存储 $\geq 128\text{GB}$ ；
 - 5.2 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像。
- （四）技术参数及要求
 - 1.系统通用功能：
 - 1.1探头接口选择 ≥ 1 种，并且所有支持探头不需转接口即可插拔使用；
 - 2.探头规格：
 - 2.1频率：超宽频带探头；
 - 2.2二维及多普勒(B/D)兼用；
 - 2.3类型：相控阵、凸阵、腔内、线阵；
 - 3.二维成像主要参数：
 - 3.1探头频率：超宽频带线阵探头：超声频率4-12MHz超宽频带凸阵探头：超声频率2-6MHz；
 - 3.2支持左右反转，上下反转，彩色反转，多种格式显示；

	<p>3.3回放重现：灰阶图像回放≥20秒；</p> <p>3.4预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；</p> <p>3.5增益调节：B/D可独立调节；</p> <p>4.频普多普勒：</p> <p>4.1方式：脉冲波多普勒PW；</p> <p>4.2多普勒探头与频率：电子扇形PW；</p> <p>4.3最大测量速度：PW；</p> <p>4.4最低测量速度1.2mm/s；</p> <p>4.5显示方式：B/D，M/D，D；</p> <p>4.6零位移动：≥16级；</p> <p>4.7取样宽度及位置范围：宽度0.2-19.7mm；分级可调；</p> <p>4.8滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择；</p> <p>4.9显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位；</p> <p>5.彩色多普勒：</p> <p>5.1显示方式：多种显示模式；</p> <p>5.2实时双幅对比显像；</p> <p>5.3彩色显示角度可调；</p> <p>5.4显示位置调整：感兴趣的图像范围：-15”- +15”；</p> <p>5.5显示控制：零位移动分级，黑/白与彩色比较，彩色对比；</p> <p>5.6双同步和三同步模式下独立声束偏转技术；</p> <p>7.超声图像及病案管理系统：</p> <p>7.1动态图像采集，存储，一次连续采集≥20秒；</p> <p>7.2同屏图像显示9画面；</p> <p>7.3任选双副或者四副不同探头图像同屏进行比对；</p> <p>7.4存储图像及文档：USB闪存设备；</p> <p>7.5报告存储，检索，统计；</p> <p>8.超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择可调；</p> <p>9.专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定。</p> <p>（五）配置清单</p> <table><tr><th>序号</th><th>配置名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>主机系统</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>全身应用软件包</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>3</td><td>腹部凸阵探头</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>4</td><td>浅表线阵探头</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>5</td><td>推车</td><td>1</td><td>辆</td></tr><tr><td>6</td><td>说明书</td><td>1</td><td>套</td></tr></table>	序号	配置名称	数量	单位	1	主机系统	1	套	2	全身应用软件包	1	套	3	腹部凸阵探头	1	个	4	浅表线阵探头	1	个	5	推车	1	辆	6	说明书	1	套
序号	配置名称	数量	单位																										
1	主机系统	1	套																										
2	全身应用软件包	1	套																										
3	腹部凸阵探头	1	个																										
4	浅表线阵探头	1	个																										
5	推车	1	辆																										
6	说明书	1	套																										
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>																												

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订后 30 天内交货、安装、调试并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p>1期：支付比例30%,合同签订，货物到货清点完毕后15个工作日内支付合同总金额的30%。</p> <p>2期：支付比例65%,货物安装完毕并通过采购人组织的验收合格后30个日历日内支付合同金额的65%。</p> <p>3期：支付比例5%,合同金额的5%于验收合格之日起3年后，采购人凭中标供应商的请款申请在30个日历日内支付清（不计利息）。每笔款项支付时，中标供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。付款方式：银行转账支付。</p>
验收要求	<p>1期：（1）依招标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。投标供应商必须为采购人设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。（2）拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。设备到达最终用户现场后，在接到采购人通知后，中标供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。（3）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。（4）验收时中标供应商负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。（5）中标供应商所提供的货物出现更新换代、停产的，中标供应商须提供由制造商出具的停产证明，在不降低原中标货物质量或配置(规格)、原中标价格不变的前提下，经采购人同意后，可以提供原中标货物的替代货物，替代货物需经采购人组织相关技术人员进行鉴定，确定其性能、质量等不低于原中标货物，并与采购人签订设备变更协议为合同的附件，否则按违约处理。</p>
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内 容 说 明
★	1	交 货 时 间	自合同签订后30天内交货、安装、调试并交付使用。
	2	设 备 一 般 要 求	（1）投标供应商所投设备必须是制造商原装、全新、未使用过的产品，产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品。（2）货物外观清洁，标记编号以及表面显示等字体清晰、明确。（3）产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。（4）投标供应商必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标供应商有责任给予补充。
	3	售 后 服 务 要 求	（1）所有设备保证在交付采购人安装调试验收合格之日起免费质保期为3年，保修内容按生产厂家的保修规定进行保修，在免费保修期结束后，须继续提供维护和维修服务。（2）中标供应商设有固定的维修服务机构，以满足采购人要求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。所供设备须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的设备本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或更换同类产品。（3）在保用的期限内，本次采购的设备出现非采购人责任造成的故障的，中标供应商无偿为采购人维修或更换相应设备，并保证采购人的正常使用。响应时间：采购人反馈产品质量、故障、事故问题时，1小时内予以响应，需到现场维修时，4小时内到达现场维修，一般在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用设备，保证采购人的正常工作使用。（4）中标供应商须为采购人进行相关操作及安装调试工作。（5）中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。（6）在保质期满后，中标供应商须保证以合理优惠的价格提供备件和保养服务。
	4	培 训 要 求	（1）培训地点：采购人指定地点；（2）培训内容要求：中标供应商必须明确提供系统及设备操作等方面的培训；（3）培训费用：投标供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须计入投标总价。
	5	报 价 要 求	报价应包括设备及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。		

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要求
1	△	急救和生命支持设备	多功能麻醉机	台	2.00	355,000.00	710,000.00	工业	详见附表一
2		医用电子生理参数检测仪器设备	多参数监护仪	台	2.00	135,000.00	270,000.00	工业	详见附表二

附表一：多功能麻醉机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求								
		<div>（一）项目需求一览表：</div> <table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>多功能麻醉机</td><td>2</td><td>台</td></tr></table> <div>（二）技术参数及要求：</div> <div>1.工作条件</div> <div>1.1 操作环境，温度：10°至40℃，湿度：15至95%，大气压：500至800mmHg；</div> <div>1.2 电源：220V(±10%), 50Hz(±2%)；</div> <div>1.3 后备电池使用时间：≥90分钟；</div> <div>1.4 机架：带推车，三个大抽屉，前轮脚刹；</div> <div>1.5 工作台双层灯光亮度可调；</div> <div>1.6标配气体模块侧插槽；</div> <div>1.7标配RS232接口，以太网接口，投影仪分屏接口；</div> <div>2.气源</div> <div>2.1 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警；</div> <div>2.2 具有空气气源及接口；</div> <div>2.3 快速充氧范围25-75L/min；</div> <div>3.流量计</div> <div>3.1 电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 L/min；</div> <div>3.2 具备备用机械流量管，流量范围1-10L/min，保证在停电时能正常工作；</div> <div>4.挥发罐</div> <div>4.1 双挥发罐位，标配一个柒氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐；</div> <div>4.2 快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染；</div> <div>5.呼吸回路</div> <div>5.1 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装；</div> <div>5.2 所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染；</div> <div>5.3 配置内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰；</div> <div>5.4 内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题；</div> <div>5.5 智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO²吸收罐状态；</div>	序号	项目内容	数量	单位	1	多功能麻醉机	2	台
序号	项目内容	数量	单位							
1	多功能麻醉机	2	台							

6.呼吸机

6.1 ▲气动电控呼吸机，支持中英文界面，彩色触摸屏；

6.2 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气；

6.3 ▲原机屏幕≥15英寸彩色可触摸显示屏幕，具备分屏显示功能，当触屏失灵，手动可调；

6.4 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检；

6.5 ▲机器自检可自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况；

6.6 ▲提供辅助/控制/支持通气模式，标配：VCV、PCV、PCV-VG、SIMV VCV、SIMV PCV、PS Vpro、手动通气、电子PEEP；

6.7 潮气量范围：5-1500ml；

6.8 呼吸频率：4-100次/分钟；

6.9 吸呼比：2:1到1:8；

6.10 最大吸气流速：≥120L/min；

6.11 压力范围（压力模式）：5到60cmH₂O；

6.12 压力限制范围：12到100cmH₂O；

6.13 PEEP范围：关，4到30cmH₂O；

6.14 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

6.15 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全；

6.16 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式；

6.17 ≥30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示；

6.18 标配主动排污系统，可选配被动排污；

7.数字和波形监测

7.1 监测参数：吸入氧、空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示；

7.2 标配回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速；

7.3 潮气量监测范围：5到1500ml；

7.4 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息；

7.5 气体监测模块可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换；

7.6 旁路式吸入、呼出O₂、CO₂、N₂O浓度监测，并描记CO₂、O₂或N₂O波形；

7.7 ▲旁路式≥5种麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测；

7.8 O₂测量范围：0~100%，测量时间：<360ms，精度：±2%；

7.9 CO₂测量范围：0~15%，测量时间：<360ms，精度：±0.2%；

7.10 N₂O测量范围：0~100%，测量时间：<360ms，精度：±2%；

7.11 氨氟烷、异氟烷、氟烷测量范围：0~6%，测量时间：<520ms，精度：±5%；

7.12 七氟烷测量范围：0~8%，测量时间：<520ms，精度：±5%；

7.13 地氟烷测量范围：0~20%，测量时间：<520ms，精度：±5%；

8.传感器

	<div>8.1 韧钢抗变型加热流量传感器，可耐受≥134℃高温高压消毒；</div> <div>8.2 高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml；</div> <div>8.3 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100ml/min-15 L/min；保证SIMV、PSV功能的实施。</div> <div>9.配置清单</div> <table><tr><th>序号</th><th>配置名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>麻醉机主机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>中文操作手册</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>3</td><td>氧空双气源</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>4</td><td>氧气管路</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>5</td><td>空气管路</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>6</td><td>备用氧接口</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>7</td><td>电源及电源插座</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>8</td><td>单宽度气体模块插槽</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>9</td><td>麻醉气体监测模块</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>10</td><td>手动皮囊支臂</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>11</td><td>主动排污系统</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>12</td><td>钠石灰罐组件</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>13</td><td>柒氟醚挥发罐</td><td>1</td><td>套</td></tr></table>	序号	配置名称	数量	单位	1	麻醉机主机	1	台	2	中文操作手册	1	套	3	氧空双气源	1	套	4	氧气管路	1	套	5	空气管路	1	套	6	备用氧接口	1	套	7	电源及电源插座	1	套	8	单宽度气体模块插槽	1	套	9	麻醉气体监测模块	1	套	10	手动皮囊支臂	1	套	11	主动排污系统	1	套	12	钠石灰罐组件	1	套	13	柒氟醚挥发罐	1	套
序号	配置名称	数量	单位																																																						
1	麻醉机主机	1	台																																																						
2	中文操作手册	1	套																																																						
3	氧空双气源	1	套																																																						
4	氧气管路	1	套																																																						
5	空气管路	1	套																																																						
6	备用氧接口	1	套																																																						
7	电源及电源插座	1	套																																																						
8	单宽度气体模块插槽	1	套																																																						
9	麻醉气体监测模块	1	套																																																						
10	手动皮囊支臂	1	套																																																						
11	主动排污系统	1	套																																																						
12	钠石灰罐组件	1	套																																																						
13	柒氟醚挥发罐	1	套																																																						
说明	<div>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</div> <div>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</div>																																																								

附表二：多参数监护仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求								
		<p>（一）项目需求一览表：</p> <table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>多参数监护仪</td><td>2</td><td>台</td></tr></table> <p>（二）技术参数及要求：</p> <p>1.模块化、插件式监护仪；</p> <p>2.主机：低功耗、无风扇设计；</p> <p>3.▲≥15英寸医用级电容彩色触摸宽屏，显示器分辨率：≥1280x800像素；</p> <p>4.一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键；</p> <p>5.屏幕显示波形通道数≥6，数字区≥4；</p> <p>6.中文操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节；</p> <p>7.具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式；</p> <p>8.大字体界面显示：可根据临床需求选择6个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察；</p> <p>9.两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换；</p>	序号	项目内容	数量	单位	1	多参数监护仪	2	台
序号	项目内容	数量	单位							
1	多参数监护仪	2	台							

- 10.具有教学演示模式；
- 11.具有HDMI高清分屏显示功能；
- 12.具有 ≥ 100 小时趋势及图表回顾， ≥ 36 小时全息数据回顾；
- 13.具有屏幕快照键，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照；
- 14.四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全 and 质量；
- 15.标配内置式高性能锂电池，续航时间 ≥ 4 小时，可自由插拔；
- 16.主机重量不超过4kg；
- 17.标配监测：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创、麻醉深度；
- 18.心电监测：
 - 18.1▲同步多导联心律失常分析 ≥ 4 通道；
 - 18.2支持24种心律失常分析；
 - 18.3 起搏器监测功能；
 - 18.4 支持ST段分析及 ≥ 100 小时趋势回顾；
 - 18.5 ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿；
 - 18.6 ▲QRS复合波宽度，适用于新生儿及复合波宽度为100ms及更小的小儿患者；
- 19.无创血压监测：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法，可显示 ≥ 6 组的NIBP历史数据；
- 20.血氧饱和度监测：采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注；
- 21.麻醉意识深度监测：
 - 21.1通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态；
 - 21.2通过采集额肌电信号分析并转换得出能反映肌肉松弛程度和镇痛效果；
 - 21.3▲支持显示1通道脑电波形；
 - 21.4测量范围：状态熵指数（SE）：0~91；反应熵指数（RE）：0~100；爆发抑制比（BSR）：0~100%；
- 22.标配网口，支持与中央监护系统的数据传输；
- 23.支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统；
- 24.内置无线网卡功能，可通过无线局域网与中央监护系统通讯；采用IEEE802.11 a/b/g/n协议，具备WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise企业级加密认证，传输速率更高、网络更安全；
- 25.▲具有EWS早期预警评分系统；
- 26.具备床对床远程查看功能，可显示六个参数的波形和数值、一个远程报警，AVOA（自动查看远程监护报警）且自动提示隔床报警。可监测 ≥ 30 张病床的报警，可查看病床中的任意一张病床；
- 27.监护仪漫游功能：允许移动或巡回监护仪，将监护仪移动到网络中的新位置时，可从列表更新监护室和/或床位名称，无需解除患者，以满足移动患者的需求；
- 28.监护仪内置电子手册；
- 29.具备NMPA认证。
- 30.配置清单

		<table><tr><td>序号</td><td>配置名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>病人监护仪主机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>血流动力学模块</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>3</td><td>心电电缆及心电导联线</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>4</td><td>无创血压双管路及无创血压袖带</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>5</td><td>血氧饱和度电缆及血氧传感器</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>6</td><td>双体温Y型电缆及体温探头</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>7</td><td>双有创Y型电缆及适配线</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>8</td><td>麻醉深度监测模块及附件</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>9</td><td>主机锂电池</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>10</td><td>电源线</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>11</td><td>说明书</td><td>1</td><td>套</td></tr></table>	序号	配置名称	数量	单位	1	病人监护仪主机	1	台	2	血流动力学模块	1	套	3	心电电缆及心电导联线	1	套	4	无创血压双管路及无创血压袖带	1	套	5	血氧饱和度电缆及血氧传感器	1	套	6	双体温Y型电缆及体温探头	1	套	7	双有创Y型电缆及适配线	1	套	8	麻醉深度监测模块及附件	1	套	9	主机锂电池	1	套	10	电源线	1	套	11	说明书	1	套	
序号	配置名称	数量	单位																																																
1	病人监护仪主机	1	台																																																
2	血流动力学模块	1	套																																																
3	心电电缆及心电导联线	1	套																																																
4	无创血压双管路及无创血压袖带	1	套																																																
5	血氧饱和度电缆及血氧传感器	1	套																																																
6	双体温Y型电缆及体温探头	1	套																																																
7	双有创Y型电缆及适配线	1	套																																																
8	麻醉深度监测模块及附件	1	套																																																
9	主机锂电池	1	套																																																
10	电源线	1	套																																																
11	说明书	1	套																																																
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。																																																		

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东康嘉阳实业有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指梅州市妇幼保健院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共3个采购包
2	开标方式	现场电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。 采购包3：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 无</p> <p>开户账号： 无</p> <p>开户银行： 无</p> <p>支票提交方式： 无</p> <p>汇票、本票提交方式： 无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 1 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	<p>采购包1： 2家</p> <p>采购包2： 2家</p> <p>采购包3： 2家</p>
12	中标供应商数量	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p> <p>采购包3： 1家</p>

13	有效供应商家数	<p>采购包1: 3家</p> <p>采购包2: 3家</p> <p>采购包3: 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	<p>兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。</p>
15	中标供应商确定方式	<p>采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。</p>
16	代理服务费	<p>收取。</p> <p>采购机构代理服务收费标准: 国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件。</p>
17	代理服务费收取方式	<p>向中标/成交供应商收取</p>
18	其他	<p>项目类型, 货物类</p> <p>需要落实的政府采购政策, 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号、《转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》粤财采购[2019]1号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《关于印发商品包装政府采购需求标准(试行)、快递包装政府采购需求标准(试行)的通知》(财办库〔2020〕123号)、《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》(银发〔2018〕162号)、《关于印发〈广东省支持中小企业融资的若干政策措施〉的通知》(粤金监〔2019〕58号)、《关于开展市级政府采购合同融资工作的通知》(梅市财采管〔2021〕3号)。</p>
19	开标解密时长	<p>说明: 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p>
20	专门面向中小企业采购	<p>采购包1: 非专门面向中小企业</p> <p>采购包2: 非专门面向中小企业</p> <p>采购包3: 非专门面向中小企业</p>

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为招标文件的组成部分), 按照招标文件要求以及格式编制投标文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次公开招标项目, 是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受

政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少**15**日前发出；不足**15**日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后

不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2. 投标文件的制作

2.1 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东康嘉阳实业有限公司代收。具体操作要求详见广东康嘉阳实业有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东康嘉阳实业有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东康嘉阳实业有限公司，到账情况以开标时广东康嘉阳实业有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：张小姐

电话：0753-8669888

传真：0753-8669888

邮箱：2275480075@qq.com

地址：梅州市梅江区江南客都大道联通大厦6楼6002

邮编：514000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：梅州市财政局政府采购监管科

地 址：梅州市梅江区嘉应中路18号

电 话：0753-2122128

邮 编：514000

传 真：0753-2122199

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(超声诊断仪): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(超声诊断仪(便携式)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包3(多功能麻醉机、多参数监护仪): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东康嘉阳实业有限公司统一对外发布。

(2) 对广东康嘉阳实业有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（超声诊断仪）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价= 投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包2（超声诊断仪（便携式））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包3（多功能麻醉机、多参数监护仪）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占

到联合体协议合同总金额**30%**以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足**3**家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包**1**（超声诊断仪）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年的财务审计报告复印件或自本招标公告发布之日起由供应商基本开户银行出具的资信证明文件） 。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	特定资格要求	供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。
9	特定资格要求	若供应商所供设备隶属医疗器械管理的，须提供设备的《医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证。
10	落实政府采购政策需满足的资格要求	无

采购包2（超声诊断仪（便携式））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年的财务审计报告复印件或自本招标公告发布之日起由供应商基本开户银行出具的资信证明文件）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	特定资格要求	供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。
9	特定资格要求	若供应商所供设备隶属医疗器械管理的，须提供设备的《医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证。
10	特定资格要求	供应商所投超声诊断仪（便携式）若为进口产品，须提供制造商或代理商出具有效的销售许可证或代理销售许可证或授权书及售后服务承诺函。
11	落实政府采购政策需满足的资格要求	无

采购包3（多功能麻醉机、多参数监护仪）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年的财务审计报告复印件或自本招标公告发布之日起由供应商基本开户银行出具的资信证明文件） 。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	特定资格要求	供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。
9	特定资格要求	若供应商所供设备隶属医疗器械管理的，须提供设备的《医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证。
10	落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

采购包1（超声诊断仪）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标有效期	投标有效期是否为投标截止日起不少于90日。
2	是否提交有效的法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书	是否提交有效的法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书（若法定代表人/负责人投标的提供有效的法定代表人/负责人证明书；授权代表投标的，提供有效的法定代表人/负责人证明书及授权委托书）。
3	签署、盖章要求	是否符合招标文件的签署、盖章要求。
4	投标报价	投标报价是否固定唯一价且投标报价未超过本采购包预算金额。
5	报价合理性	若评审委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商能做出合理说明的。
6	实质性条款	是否满足招标文件带“★”号实质性条款。
7	其他	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款且未经评委认定为无效投标的。

采购包2（超声诊断仪（便携式））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标有效期	投标有效期是否为投标截止日起不少于90日。
2	是否提交有效的法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书	是否提交有效的法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书（若法定代表人/负责人投标的提供有效的法定代表人/负责人证明书；授权代表投标的，提供有效的法定代表人/负责人证明书及授权委托书）。
3	签署、盖章要求	是否符合招标文件的签署、盖章要求。
4	投标报价	投标报价是否固定唯一价且投标报价未超过本采购包预算金额。
5	报价合理性	若评审委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商能做出合理说明的。
6	实质性条款	是否满足招标文件带“★”号实质性条款。
7	其他	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款且未经评委认定为无效投标的。

采购包3（多功能麻醉机、多参数监护仪）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标有效期	投标有效期是否为投标截止日起不少于90日。
2	是否提交有效的法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书	是否提交有效的法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书（若法定代表人/负责人投标的提供有效的法定代表人/负责人证明书；授权代表投标的，提供有效的法定代表人/负责人证明书及授权委托书）。
3	签署、盖章要求	是否符合招标文件的签署、盖章要求。
4	投标报价	投标报价是否固定唯一价且投标报价未超过本采购包预算金额。
5	报价合理性	若评审委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商能做出合理说明的。
6	实质性条款	是否满足招标文件带“★”号实质性条款。
7	其他	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款且未经评委认定为无效投标的。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式

发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(超声诊断仪):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 30.0分 技术部分 40.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (24.0分)	由评委根据招标文件中的技术参数要求进行评审： 1. 标有“▲”的技术参数不符合招标文件要求或负偏离或未响应的每项扣 4 分； 2. 未标有“▲”的技术参数不符合招标文件要求或负偏离或未响应的每项扣 1 分；扣完为止。
	设备技术可靠性及安全性 (5.0分)	根据投标供应商所投设备的可靠性、安全性进行综合评审： 1. 投标产品技术可靠性、安全性高得 5 分； 2. 投标产品技术可靠性、安全性较高得 3 分； 3. 投标产品技术可靠性、安全性一般得 1 分。
	实施方案 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 10.0; ）	根据投标供应商的实施方案进行综合评审： 1. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面完全适用于本项目需求得 10 分； 2. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面基本适用于本项目需求得 5 分； 3. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面不完全满足项目需求得 2 分； 4. 无提供方案得 0 分。
	节能产品、环境标志产品 (1.0分)	所投产品内如有产品属于政府采购品目清单内的节能产品或环境标志产品的，得 1 分，无则得 0 分。注：须提供中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）发布的认证结果截图作为评分依据，同一个产品同时获得以上两个认证的，按一个认证计算。
商务部分	商务条款响应程度 (5.0分)	根据投标供应商对采购需求中商务要求的内容进行综合评审： 1. 优于招标文件要求的，得 5 分； 2. 完全满足招标文件要求的，得 3 分； 3. 对招标文件要求有负偏离的，得 0 分。
	同类项目业绩 (12.0分)	投标供应商自 2018 年至今完成过的同类项目业绩，每提供一项得 3 分，最高得 12 分。注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分。
	售后服务方案 (13.0分)，（等次分值选择： 0.0; 3.0; 8.0; 13.0; ）	根据投标供应商所提供的售后服务方案进行评审：包括但不限于售后服务计划和培训方案是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时专业的售后服务（含质保期、交货计划、故障响应时间、应急维修时间安排、处理办法、技术支撑力量、其他服务承诺等） 1. 售后服务方案完整合理，可行性、针对性强，完全满足项目需求的得 13 分； 2. 售后服务方案基本合理，可行性、针对性一般，基本满足项目需求的得 8 分； 3. 售后服务方案简略，可行性、针对性较差的得 3 分； 4. 未提供方案的，得 0 分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包2(超声诊断仪（便携式）):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 30.0分 技术部分 40.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (24.0分)	由评委根据招标文件中的技术参数要求进行评审： 1. 标有“▲”的技术参数不符合招标文件要求或负偏离或未响应的每项扣 4 分； 2. 未标有“▲”的技术参数不符合招标文件要求或负偏离或未响应的每项扣 1 分；扣完为止。
	设备技术可靠性及安全性 (5.0分)	根据投标供应商所投设备的可靠性、安全性进行综合评审： 1. 投标产品技术可靠性、安全性高得 5 分； 2. 投标产品技术可靠性、安全性较高得 3 分； 3. 投标产品技术可靠性、安全性一般得 1 分。
	实施方案 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 10.0; ）	根据投标供应商的实施方案进行综合评审： 1. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面完全适用于本项目需求得 10 分； 2. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面基本适用于本项目需求得 5 分； 3. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面不完全满足项目需求得 2 分； 4. 无提供方案得 0 分。
	节能产品、环境标志产品 (1.0分)	所投产品内如有产品属于政府采购品目清单内的节能产品或环境标志产品的，得 1 分，无则得 0 分。注：须提供中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）发布的认证结果截图作为评分依据，同一个产品同时获得以上两个认证的，按一个认证计算。
商务部分	商务条款响应程度 (5.0分)	根据投标供应商对采购需求中商务要求的内容进行综合评审： 1. 优于招标文件要求的，得 5 分； 2. 完全满足招标文件要求的，得 3 分； 3. 对招标文件要求有负偏离的，得 0 分。
	同类项目业绩 (12.0分)	投标供应商自 2018 年至今完成过的同类项目业绩，每提供一项得 3 分，最高得 12 分。注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分。
	售后服务方案 (13.0分)，（等次分值选择： 0.0; 3.0; 8.0; 13.0; ）	根据投标供应商所提供的售后服务方案进行评审：包括但不限于售后服务计划和培训方案是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时专业的售后服务（含质保期、交货计划、故障响应时间、应急维修时间安排、解决办法、技术支撑力量、其他服务承诺等） 1. 售后服务方案完整合理，可行性、针对性强，完全满足项目需求的得 13 分； 2. 售后服务方案基本合理，可行性、针对性一般，基本满足项目需求的得 8 分； 3. 售后服务方案简略，可行性、针对性较差的得 3 分； 4. 未提供方案的，得 0 分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包**3**(多功能麻醉机、多参数监护仪):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 30.0分 技术部分 40.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (24.0分)	由评委根据招标文件中的技术参数要求进行评审： 1. 标有“▲”的技术参数不符合招标文件要求或负偏离或未响应的每项扣 2分 ； 2. 未标有“▲”的技术参数不符合招标文件要求或负偏离或未响应的每项扣 1分 ；扣完为止。
	设备技术可靠性及安全性 (5.0分)	根据投标供应商所投设备的可靠性、安全性进行综合评审： 1. 投标产品技术可靠性、安全性高得 5分 ； 2. 投标产品技术可靠性、安全性较高得 3分 ； 3. 投标产品技术可靠性、安全性一般得 1分 。
	实施方案 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 10.0; ）	根据投标供应商的实施方案进行综合评审： 1. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面完全适用于本项目需求得 10分 ； 2. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面基本适用于本项目需求得 5分 ； 3. 供应商的项目管理、执行计划、安装调试、技术培训、质量管理、备件供应情况等方面不完全满足项目需求得 2分 ； 4. 无提供方案得 0分 。
	节能产品、环境标志产品 (1.0分)	所投产品内如有产品属于政府采购品目清单内的节能产品或环境标志产品的，得 1分 ，无则得 0分 。注：须提供中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）发布的认证结果截图作为评分依据，同一个产品同时获得以上两个认证的，按一个认证计算。
商务部分	商务条款响应程度 (5.0分)	根据投标供应商对采购需求中商务要求的内容进行综合评审： 1. 优于招标文件要求的，得 5分 ； 2. 完全满足招标文件要求的，得 3分 ； 3. 对招标文件要求有负偏离的，得 0分 。
	同类项目业绩 (12.0分)	投标供应商自 2018 年至今完成过的同类项目业绩，每提供一项得 3分 ，最高得 12分 。注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分。
	售后服务方案 (13.0分)，（等次分值选择： 0.0; 3.0; 8.0; 13.0; ）	根据投标供应商所提供的售后服务方案进行评审：包括但不限于售后服务计划和培训方案是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时专业的售后服务（含质保期、交货计划、故障响应时间、应急维修时间安排、处理办法、技术支撑力量、其他服务承诺等） 1. 售后服务方案完整合理，可行性、针对性强，完全满足项目需求的得 13分 ； 2. 售后服务方案基本合理，可行性、针对性一般，基本满足项目需求的得 8分 ； 3. 售后服务方案简略，可行性、针对性较差的得 3分 ； 4. 未提供方案的，得 0分 。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包**1**：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相

同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

根 据 梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目（包组号：_____）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

合同总额包括设备及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

- 乙方所投设备必须是制造商原装、全新、未使用过的产品，产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品。
- 货物外观清洁，标记编号以及表面显示等字体清晰、明确。
- 产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
- 乙方必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标供应商有责任给予补充。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 包组一交货期：自合同签订后**30**天内交货、安装、调试并交付使用。
包组二交货期：自合同签订后**60**天内交货、安装、调试并交付使用。
包组三交货期：自合同签订后**30**天内交货、安装、调试并交付使用。

2.交货方式：

3.交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

- 合同签订，货物到货清点完毕后**15**个工作日内支付合同总金额的**30%**。
- 货物安装完毕并通过甲方组织的验收合格后**30**个日历日内支付合同金额的**65%**。
- 合同金额的**5%**于验收合格之日起**3**年后，甲方凭乙方的请款申请在**30**个日历日内支付清（不计利息）。
- 每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票。
- 付款方式：银行转账支付。

六、质保期及售后服务要求

- 所有设备保证在交付甲方安装调试验收合格之日起免费质保期为**3**年，保修内容按生产厂家的保修规定进行保修，在免费保修期结束后，须继续提供维护和维修服务。
- 乙方设有固定的维修服务机构，以满足甲方要求，提供**24**小时的全方位技术支持和售后服务。所供设备须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的设备本身存在缺陷，乙方须无条件退货或更换同类产品。
- 在保用的期限内，本次采购的设备出现非甲方责任造成的故障的，乙方无偿为甲方维修或更换相应设

备,并保证甲方的正常使用。响应时间:甲方反馈产品质量、故障、事故问题时,1小时内予以响应,需到现场维修时,4小时内到达现场维修,一般在24小时内须排除故障,特殊情况需与甲方说明情况,并提供代用设备,保证甲方的正常工作使用。

4.乙方须为甲方进行相关操作及安装调试工作。

5.乙方应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件,如货物和附件装箱清单、质量合格证、证明文件、保修服务卡、使用说明(原版正本)和中文维护手册。

6.在保质期满后,乙方须保证以合理优惠的价格提供备件和保养服务。

七、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

1.依招标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。乙方必须为甲方设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障,提供设备的有关证明。

2.拆箱后,应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记,并与装箱单对比,如有出入应立即书面记录,由乙方解决,如影响安装则按合同有关条款处理。设备到达最终用户现场后,在接到甲方通知后,乙方需安排有经验的工程技术人员到甲方现场安装、调试设备,按验收指标逐项测试,直至达到验收要求。

3.如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时,将被看作性能不合格,甲方有权拒收并要求赔偿。

4.验收时乙方负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付甲方。

5.乙方所提供的货物出现更新换代、停产的,乙方须提供由制造商出具的停产证明,在不降低原中标货物质量或配置(规格)、原中标价格不变的前提下,经甲方同意后,可以提供原中标货物的替代货物,替代货物需经甲方组织相关技术人员进行鉴定,确定其性能、质量等不低于原中标货物,并与甲方签订设备变更协议为合同的附件,否则按违约处理。

6.原装进口产品须提供该设备的报关单及海关商检证明(包组二)。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务,到期拒付货物/服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款,则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿:

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律

效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、 合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式___份。

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**441401-2023-00239**

采购项目编号：**441401-2023-00239**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件

格式一：

投标函

致：广东康嘉阳实业有限公司

你方组织的“梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：**441401-2023-00239**]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____电子邮箱：_____

代表姓名：_____职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东康嘉阳实业有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目”项目采购[采购项目编号为441401-2023-00239]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：梅州市妇幼保健院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式____份，随投标文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东康嘉阳实业有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：**441401-2023-00239**），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东康嘉阳实业有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东康嘉阳实业有限公司

我单位已登记并准备参与“梅州市妇幼保健院医疗设备采购项目”项目（采购项目编号：441401-2023-00239）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

